

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ-ն ՀԱԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/6 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|--------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 25 | Ավտոմատ ջրի թորման սարք | Ավտոմատ ջրի թորման սարք | Ավտոմատ ջրի թորման սարք | Ավտոմատ ջրի թորման սարք | <ul style="list-style-type: none"> • Արտադրողականությունը առնվազն` 4 լ/ժ և ունենա ներկառուցված պահեստային բաք առնվազն 8լ ծավալով: • Սարքի` ջրի ու գոլորշու հետ հաղորդակցվող բոլոր հատվածները և ջեռուցման տարրերը պետք է պատրաստված լինեն 304 L տիպի չժանգոտվող պողպատից • Էներգախնայողություն` շնորհիվ սառեցման համար օգտագործվող արդեն տաքացած ջրի թորման • Սարքը վերևում պետք է ունենա ածխաթթու գազի հեռացման գազանցք • Պահեստային բաքի և |

գոլորշիչի համար հեշտ խնամք՝
կափարիչները բարձրացնելու
միջոցով • Սառեցնող համակարգը
պետք է տեղադրված լինի
պահեստային բաքի վերին
հատվածում • Սարքը ավտոմատ
պետք է միանա
ջրամատակարարումը բացելիս և
անջատվի, երբ պահեստային բաքը
լցված է՝ ջրի ավելորդ վատնումից
խուսափելու համար • Երբ
պահեստային բաքը սկսում է
դատարկվել, սարքը պետք է
ավտոմատ միանա • Գլխավոր
անջատիչն ու կարգավորիչ լամպը
պետք է լինեն առջևի մասում, •
Թորիչի արտաքին հատվածը պետք
է պատրաստված լինի փոշեներկված
պողպատից: • Թորման խցիկում ջրի
պակասելու կամ ավելցուկի դեպքում
սարքի անջատման ավտոմատ
համակարգ: Ցուցանիշները
նորմային վերադառնալու դեպքում
սարքը կրկին ավտոմատ անցնում է
աշխատանքային ռեժիմի • Ջրի
վերցման համար հարմար և
փականով ծորակի առկայություն •
Սարքը պետք է ներառի տեղադրման
համար անհրաժեշտ բոլոր

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>բաղադրամասերը Բնութագրիչներ`</p> <ul style="list-style-type: none">• թորման արտադրողականություն - առնվազն 4լ/ժ,• հզորությունը - առնվազն 3 կՎ/ժ,• սառեցվող ջրի սպառումը - առավելագույնը 45 ր/ժ,• լարումը` 220-240Վ 50-60 Հց <p>հաճախականության, Երաշխիքային ժամկետ` առնվազն 1 տարի:</p> <p>Պահանջվող վայր մատակարարումը, տեղադրումը և մոնտաժումը մատակարարի կողմից: Թույլատրվում է չափերի և քաշի շեղում +- 3 %:</p> |
|--|--|--|--|--|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԱԱՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/6 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|---|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 25 | Ավտոմատ ջրի թորման սարք | Ավտոմատ ջրի թորման սարք | Ավտոմատ ջրի թորման սարք | Ավտոմատ ջրի թորման սարք | <ul style="list-style-type: none"> • Արտադրողականությունը առնվազն՝ 4 լ/ժ և ունենա ներկառուցված պահեստային բաք առնվազն 8լ ծավալով: • Սարքի՝ ջրի ու գոլորշու հետ հաղորդակցվող բոլոր հատվածները և ջեռուցման տարրերը պետք է պատրաստված լինեն 304 L տիպի չժանգոտվող պողպատից • Էներգախնայողություն՝ շնորհիվ սառեցման համար օգտագործվող արդեն տաքացած ջրի թորման • Սարքը վերևում պետք է ունենա ածխաթթու գազի հեռացման գազանցք • Պահեստային բաքի և |

գոլորշիչի համար հեշտ խնամք՝
կափարիչները բարձրացնելու
միջոցով • Սառեցնող համակարգը
պետք է տեղադրված լինի
պահեստային բաքի վերին
հատվածում • Սարքը ավտոմատ
պետք է միանա
ջրամատակարարումը բացելիս և
անջատվի, երբ պահեստային բաքը
լցված է՝ ջրի ավելորդ վատնումից
խուսափելու համար • Երբ
պահեստային բաքը սկսում է
դատարկվել, սարքը պետք է
ավտոմատ միանա • Գլխավոր
անջատիչն ու կարգավորիչ լամպը
պետք է լինեն առջևի մասում, •
Թորիչի արտաքին հատվածը պետք
է պատրաստված լինի փոշեներկված
պողպատից: • Թորման խցիկում ջրի
պակասելու կամ ավելցուկի դեպքում
սարքի անջատման ավտոմատ
համակարգ: Ցուցանիշները
նորմային վերադառնալու դեպքում
սարքը կրկին ավտոմատ անցնում է
աշխատանքային ռեժիմի • Ջրի
վերցման համար հարմար և
փականով ծորակի առկայություն •
Սարքը պետք է ներառի տեղադրման
համար անհրաժեշտ բոլոր

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>բաղադրամասերը Բնութագրիչներ`</p> <ul style="list-style-type: none">• թորման արտադրողականություն - առնվազն 4լ/ժ,• հզորությունը - առնվազն 3 կՎ/ժ,• սառեցվող ջրի սպառումը - առավելագույնը 45 ր/ժ,• լարումը` 220-240Վ 50-60 Հց <p>հաճախականության, Երաշխիքային ժամկետ` առնվազն 1 տարի:</p> <p>Պահանջվող վայր մատակարարումը, տեղադրումը և մոնտաժումը մատակարարի կողմից: Թույլատրվում է չափերի և քաշի շեղում +- 3 %:</p> |
|--|--|--|--|--|