

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍՄԱՌ ՍՊԸ-ն ՀԱԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/32 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
19	Լաբորատոր ուղղահայաց ավտոմատ ավտոկլավ, Ին-Վիտրո եղանակով բույսերի աճեցման լաբորատորիաներում կիրառելու համար: ՈԲՆի պաշտպանությունն գերտաքացումից, հոսանքի բարձրացումից, չոր աշխատանքից: Կարգավորվող աշխատանքային ծրագիր՝ առնվազն 2, Ֆիքսված աշխատանքային ծրագիր՝առնվազն 5, Ծավալը՝ առնվազն 75 լ, Ճնշումը՝ 0,23 ՄՊա, Ջերմաստիճանային սահմանը՝105-136 օC, Ճշտությունը՝ առնվազն 0,1 օC, Ժամանակային միջակայքը՝ 0- 999 , Հզորությունը՝ առնվազն 4,7 ԿՎտ, Սնման լարումը՝ 220-240Վ լարման, 50 - 60Հց հաճախականության, Երաշխիքային ժամկետը՝ առնվազն 1 տարի:







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО СМАР в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 2020-10-01/010-2020-000000000000-24/32 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
19	Лабораторный вертикальный автоматический автоклав для лабораторий выращивания растений in vitro. Имеет защиту от перегрева, скачков напряжения, работы всухую. Регулируемая рабочая программа: не менее 2, Фиксированная рабочая программа: не менее 5, Объем: не менее 75 л, Давление: 0,23 МПа, Диапазон температур: 105-136 оС, Точность: не менее 0,1 оС, Временной диапазон: 0-999, Мощность: не менее 4,7 кВт, Входное напряжение: 220-240В, 50-60Гц, Гарантийный срок: не менее 1 года.