ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Գոհար Ալեքսանյան Մուշեղի ԱՁ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/77 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	ԼԱԴՊ-3	Տանջին գիտական և լաբորատոր սարքեր ՍՊԸ	Միկրոալիքային համակարգ Կարճ միացման մխոցկարգավորման միջակայքը առնվազն 30 մմ,Sample Dpph փոշի խողովակի մեջ (չափերը՝ Φ2×6 մմ)Միկրոալիքային հաճախականության հաշվիչ Չափման միջակայք՝ առնվազն 8,6 ԳՀց ~ 9,6 ԳՀց Ալիքատարի չափերը, Ներքին `առնվազն 22,86 մմ × 10,16 մմ (eia՝ Wr90 կամ iec՝ R100)Էլեկտրամագնիսային՝ Մուտքային լարումը և ճշգրտությունըԱռավելագույնը՝ ≥ 20 վ, 1% ± 1 նիշ,Ներածման ընթացիկ միջակայքը և ճշգրտությունը առնվազն 0 ~ 2,5 ա, 1% ± 1 նիշ,Կայունություն առնվազն ≤ 1x10-3+5 մ.ա Մագնիսական դաշտի ուժը առնվազն 0 ~ 450 մS, Մաքրման դաշտ՝Ելքային լարումը առնվազն ≥ 6 Վ,Ելքային հոսանքի տիրույթ առնվազն 0.2 ~ 0.7 ԱՖազային ճշգրտման տիրույթ ≥ 180° Սկանավորման ելք Bnc միակցիչ, սղոցային ալիքի ելք առնվազն 1~10 Վ։ Պինդմարմնային միկրոալիքային ազդանշանի աղբյուր՝Հաճախությունը առնվազն 8.6 ~ 9.6 ԳՀց, Հաճախային շեղումը առնվազն ≤ ± 5×10-4/15 ր, Աշխատանքային լարումը առնվազն ~ 12 vdc։ Ելքային հզորություն> 20 մՎտ հավասար ամպլիտուդի ռեժիմում

			Գործողության ռեժիմ և պարամետրեր՝ Հավասար ամպլիտուդ Ներքին քառակուսային ալիքային մոդուլյացիա Կրկնման հաճախությունը՝ առնվազն 1000 Հց Ճշգրտություն՝ ± 15% Թեքություն՝ < ± 20%:Լարման մշտական ալիքի հարաբերակցությունը < 1.2,Ալիքատարի չափերը,Ներքին՝ 22,86 մմ × 10,16 մմ Երաշխիը առնվազն մեկ տարի:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ИП Гоар Алексанян Мушеговна в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/77 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	ЛАДП-3	ООО Танджин научные и ллабораторные инструменты	Микроволновая система Короткозамкнутый поршень Диапазон регулировки: по меньшей мере 30 мм Образец Порошок Dpph в тубе (размеры: Ф2×6 мм) Микроволновый частотомер Диапазон измерения:по меньшей мере 8,6 ГГц ~ 9,6 ГГц Размеры волновода Внутренний: по меньшей мере22,86 мм × 10,16 мм Электромагнит Входное напряжение и точность Макс.: ≥ 20 В, 1% ± 1 цифра Диапазон входного тока и точность 0 ~ 2,5 А, 1% ± 1 цифра Стабильность ≤ 1x10-3+5 мА Сила магнитного поля 0 ~ 450 mt Поле развертки Выходное напряжение ≥ 6 В Диапазон выходного тока 0,2 ~ 0,7 А Диапазон регулировки фазы ≥ 180° Вывод сканирования Разъем Bnc, выход пилообразной формы по меньшей мере1~10 В Твердотельный источник микроволнового сигнала Частота 8.6 ~ 9.6 ГГц Дрейф частоты ≤ ± 5×10-4/15 мин Рабочее напряжение ~ 12 В постоянного тока Выходная мощность > 20 мВт в режиме равной амплитуды Режим работы и параметры Равная амплитуда Внутренняя прямоугольная модуляция Частота повторения: 1000 Гц Точность: ± 15%

			Асимметрия: < ± 20% Коэффициент стоячей волны по напряжению< 1.2 Размеры волновода Внутренний: 22,86 мм × 10,16 мм: Гарантия составляет не менее одного года.