

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԹԱԳՀԵՄ ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/77 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	LADP-3	LABOR	Միկրոալիքային համակարգ Կարճ միացման միոնցկարգավորման միջակայքը առնվազն 30 մմ, Sample Dpph փոշի խողովակի մեջ (չափերը՝ Φ2×6 մմ) Միկրոալիքային հաճախականության հաշվիչ Չափման միջակայք՝ առնվազն 8,6 ԳՀց ~ 9,6 ԳՀց Ալիքատարի չափերը, Ներքին ՝ առնվազն 22,86 մմ × 10,16 մմ (eia՝ Wr90 կամ iec՝ R100) Էլեկտրամագնիսային՝ Մուտքային լարումը և ճշգրտությունը Առավելագույնը՝ ≥ 20 վ, 1% ± 1 սիշ, Ներածման ընթացիկ միջակայքը և ճշգրտությունը առնվազն 0 ~ 2,5 ա, 1% ± 1 սիշ, Կայունություն առնվազն ≤ 1×10 ⁻³ +5 մ.ա Մագնիսական դաշտի ուժը առնվազն 0 ~ 450 մՏ, Մաքրման դաշտ՝ Ելքային լարումը առնվազն ≥ 6 Վ, Ելքային հոսանքի տիրույթ առնվազն 0.2 ~ 0.7 ԱՖազային ճշգրտման տիրույթ ≥ 180° Սկանավորման ելք Bnc միակցիչ, սղոցային ալիքի ելք առնվազն 1~10 Վ: Պինդմարմնային միկրոալիքային ազդանշանի աղբյուր՝ Հաճախությունը առնվազն 8.6 ~ 9.6 ԳՀց, Հաճախային շեղումը առնվազն ≤ ± 5×10 ⁻⁴ /15 ր, Աշխատանքային լարումը առնվազն ~ 12 vdc: Ելքային հզորություն > 20 մՎտ հավասար ամպլիտուդի ռեժիմում

			Գործողության ռեժիմ և պարամետրեր՝ Հավասար ամպլիտուդ Ներքին քառակուսային ալիքային մոդուլյացիա Կրկնման հաճախությունը՝ առնվազն 1000 Հց Ճշգրտություն՝ $\pm 15\%$ Թեքություն՝ $< \pm 20\%$: Լարման մշտական ալիքի հարաբերակցությունը < 1.2, Ալիքատարի չափերը, Ներքին՝ 22,86 մմ $\times$ 10,16 մմ Երաշխիք մեկ տարի:
--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО ТАГ ГЭМ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БҮՀ-БЦХЦҮ᠒᠘᠙-24/77 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	марка	наименование производителя	технические характеристики
2			