# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

**առաջարկվող ապրանքի ամբողջական**

ՏՆՄ ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/77 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | |
|---|---|---|---|
| | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 1 | LADP-8 | Թիանջին լաբոր Սանթիֆիկ ինստրումենտս կո. ՍՊԸ, Tianjin Labor Scientific instruments Co., Ltd. | Բազմաշերտ gmr սենսոր գծային միջակայք՝ 0,15 ~ 1,05 մ: զգայունություն՝ 30,0 ~ 42,0 մՎ/Վ/մ, Սպինային փականի gmr սենսոր: Գծային միջակայք՝ առնվազն -0,81 ~ 0,87 մ. զգայունություն՝ 13,0 ~ 16,0 մՎ/Վ/մ: Անիզոտրոպ մագնիսական դիմադրության սենսոր գծային միջակայք՝ -0,6 ~ 0,6 մ. զգայունություն՝ 8,0 ~ 12,0 մՎ/Վ/մ: Հելմհոլցի կոճ գալարների քանակը՝ 200 մեկ կոճի համար: շառավիղը՝ 100 մմ: Հելմհոլցի կոճի հաստատուն հոսանքի աղբյուր՝ 0 – 1,2 Ա կարգավորելի: հաստատուն հոսանքի չափման աղբյուր 0 – 5 Ա կարգավորելի: Երաշխիը մեկ տարի: |

# ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

**предлагаемого товара**

ТНМ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/77 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | |
|---|---|---|---|
| | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 1 | LADP-8 | Tianjin Labor Scientific instruments Co., Ltd. | Բազմաշերտ gmr սենսոր գծային միջակայք՝ 0,15 ~ 1,05 մ: զգայունություն՝ 30,0 ~ 42,0 մՎ/Վ/մ, Սպինային փականի gmr սենսոր: Գծային միջակայք՝ առնվազն -0,81 ~ 0,87 մ. զգայունություն՝ 13,0 ~ 16,0 մՎ/Վ/մ: Անիզոտրոպ մագնիսական դիմադրության սենսոր գծային միջակայք՝ -0,6 ~ 0,6 մ. զգայունություն՝ 8,0 ~ 12,0 մՎ/Վ/մ: Հելմհոլցի կոճ գալարների քանակը՝ 200 մեկ կոճի համար: շառավիղը՝ 100 մմ: Հելմհոլցի կոճի հաստատուն հոսանքի աղբյուր՝ 0 – 1,2 Ա կարգավորելի: հաստատուն հոսանքի չափման աղբյուր 0 – 5 Ա կարգավորելի: Երաշխիը մեկ տարի: |