

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՏՆՄ ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/77 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	LADP-3	Թիանջին լաբոր Սանթիֆիկ ինստրումենտս կո. ՍՊԸ, Tianjin Labor Scientific instruments Co., Ltd.	Միկրոալիքային համակարգ Կարճ միացման միսոցկարգավորման միջակայքը 30 մմ, Sample Dpph փոշի խողովակի մեջ (չափերը՝ $\Phi 2 \times 6$ մմ)Միկրոալիքային հաճախականության հաշվիչ Չափման միջակայք՝ 8,6 ԳՀց ~ 9,6 ԳՀց Ալիքատարի չափերը, Ներքին՝ 22,86 մմ \times 10,16 մմ (eia՝ Wr90 կամ iec՝ R100)Էլեկտրամագնիսային՝ Մուտքային լարումը և ճշգրտությունըԱռավելագույնը՝ ≥ 20 վ, 1% \pm 1 սիշ,Ներածման ընթացիկ միջակայքը և ճշգրտությունը 0 ~ 2,5 ա, 1% \pm 1 սիշ,Կայունություն $\leq 1 \times 10^{-3} + 5$ մ.ա Մագնիսական դաշտի ուժը 0 ~ 450 մՏ, Մաքրման դաշտ՝Ելքային լարումը ≥ 6 վ,Ելքային հոսանքի տիրույթ 0.2 ~ 0.7 ԱՖազային ճշգրտման տիրույթ $\geq 180^\circ$ Սկանավորման ելք Bnc միակցիչ, սղոցային ալիքի ելք 1~10 վ: Պինդմարմնային միկրոալիքային ազդանշանի աղբյուր՝Հաճախությունը 8.6 ~ 9.6 ԳՀց, Հաճախային շեղումը $\leq \pm 5 \times 10^{-4} / 15$ ր, Աշխատանքային լարումը ~ 12 vdc: Ելքային հզորություն > 20 մՎտ հավասար ամպլիտուդի ռեժիմում Գործողության ռեժիմ և պարամետրեր՝ Հավասար ամպլիտուդ Ներքին քառակուսային ալիքային

		մոդուլյացիա Կրկնման հաճախությունը՝ 1000 Հց ճշգրտություն՝ $\pm 15\%$ Թեքություն՝ $< \pm 20\%$:Լարման մշտական ալիքի հարաբերակցությունը $<$ 1.2,Ալիքատարի չափերը,Ներքին՝ 22,86 մմ \times 10,16 մմ Երաշխիք մեկ տարի:
--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ТНМ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/77 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	LADP-3	Tianjin Labor Scientific instruments Co., Ltd.	<p>Միկրոալիքային համակարգ Կարճ միացման միսցկարգավորման միջակայքը 30 մմ, Sample Dpph փոշի խողովակի մեջ (չափերը՝ $\Phi 2 \times 6$ մմ)Միկրոալիքային հաճախականության հաշվիչ Չափման միջակայք՝ 8,6 ԳՀց ~ 9,6 ԳՀց Ալիքատարի չափերը, Ներքին՝ 22,86 մմ \times 10,16 մմ (eia՝ Wr90 կամ iec՝ R100)Էլեկտրամագնիսային՝ Մուտքային լարումը և ճշգրտությունըԱռավելագույնը՝ ≥ 20 վ, 1% \pm 1 սիշ,Ներածման ընթացիկ միջակայքը և ճշգրտությունը 0 ~ 2,5 ա, 1% \pm 1 սիշ,Կայունություն $\leq 1 \times 10^{-3} + 5$ մ.ա Մագնիսական դաշտի ուժը 0 ~ 450 մՏ, Մաքրման դաշտ՝Ելքային լարումը ≥ 6 վ,Ելքային հոսանքի տիրույթ 0.2 ~ 0.7 ԱՖազային ճշգրտման տիրույթ $\geq 180^\circ$ Սկանավորման ելք Bnc միակցիչ, սղոցային ալիքի ելք 1~10 վ: Պինդմարմնային միկրոալիքային ազդանշանի աղբյուր՝Հաճախությունը 8.6 ~ 9.6 ԳՀց, Հաճախային շեղումը $\leq \pm 5 \times 10^{-4} / 15$ ր, Աշխատանքային լարումը ~ 12 vdc: Ելքային հզորություն> 20 մՎտ հավասար ամպլիտուդի ռեժիմում Գործողության ռեժիմ և պարամետրեր՝ Հավասար ամպլիտուդ Ներքին քառակուսային ալիքային</p>

		մոդուլյացիա Կրկնման հաճախությունը՝ 1000 Հց ճշգրտություն՝ $\pm 15\%$ Թեքություն՝ $< \pm 20\%$:Լարման մշտական ալիքի հարաբերակցությունը $<$ 1.2,Ալիքատարի չափերը,Ներքին՝ 22,86 մմ \times 10,16 մմ Երաշխիք մեկ տարի:
--	--	---