

# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

## առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԼԱԷԿԱ ՀՁ ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/16-15-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի            |         |                        |  |
|--------------------|-------------------------------|---------|------------------------|--|
|                    | ապրանքային<br>նշանը           | մակնիշը | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը  |
| 61                 | Sim 2 100cm<br>Optitorque 5FR | .       | Terumo                 | Ախտորոշիչ կաթետեր` ինվազիվ պրոցեդուրաների<br>համար: Ախտորոշիչ կաթետերի պահանջվող չափը` 5Fr:<br>Ներքին տրամագիծը` 1.20մմ: Արտաքին տրամագիծը<br>5Fr/1.70մմ: Աշխատանքային երկարությունը 100 սմ:<br>վայերի անցողունակությունը` 0.038" (0.97 մմ): Ծայրի<br>ձևը` սիմ տեսակի: Բոլոր չափսերի թույլատրելի<br>տատանումը` $\pm 2\%$ : Ցանկացած մատակարարված<br>խմբաքանակի համար CE MARK որակի վկայականի<br>առկայություն: Ֆորմատ` հատ: Նոր Է, չօգտագործված,<br>գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառում է<br>տեխնիկական ցուցանիշները,<br>առանձնահատկությունները և օգտագործման<br>կանոնները` գործարանային ձեռնարկի ձևով: Հանձնելու<br>պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն<br>50%-ի առկայություն: «Բնակչությանը պետության |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  | կողմից երաշխավորված անվճար բժշկական օգնության<br>և սպասարկման շրջանակներում գլխուղեղի սուր և/կամ<br>ենթասուր իշեմիկ կաթվածների թրոմբոլիտիկ բուժման<br>և մեխանիկական թրոմբեկտոմիա ծառայությունների<br>մատուցման նպատակով ձեռք բերվող ապրանք»: |
|--|--|--|--|





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

СП ООО "ЛАЭКА" в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЦДЦПДР-2024/16-15-БПР< ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар            |       |                            |  |
|------------|-------------------------------|-------|----------------------------|--|
|            | товарный знак                 | марка | наименование производителя | технические характеристики   |
| 61         | Sim 2 100cm<br>Optitorque 5FR | .     | Terumo                     | <p>Диагностический катетер для инвазивных процедур. Требуемый размер диагностического катетера: 5Fr. Внутренний диаметр: 1,20 мм. Внешний диаметр 5Fr/1,70 мм. Рабочая длина 100 см; шаг проволоки: 0,038 дюйма (0,97 мм). Форма наконечника: сим-тип. Допустимое колебание размеров: ± 2%. Для каждой поставляемой партии требуется маркировка CE или сертификат качества FDA. Формат: шт. Новый, неиспользованный, стерильный в заводской упаковке.</p> <p>В комплект входит технические показатели, особенности и правила применения в виде заводской инструкции. Наличие не менее 50% от всего срока годности на момент поставки. Тромболитическое лечение острых и/или подострых ишемических инсультов и в рамках бесплатной медицинской помощи</p> |

|  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  | и обслуживание, гарантированные государством населению товаром, закупаемым в целях оказания услуг механической тромбэктомии». |
|--|--|--|--|---|