

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ-ն ՀԱՎՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/74 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|--------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------|---|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 3 | Լաբորատոր դոզատորների հավաքածու | 613-5471,613-7103, 613-7110 | 613-5471,613-7103, 613-7110 | VWR | Փոփոխական ծավալով 0,5-10մկլ -1 հատ Փոփոխական ծավալով 2-20մկլ -1 հատ Փոփոխական ծավալով 20-200մկլ -1 հատ Փոփոխական ծավալով 100-1000մկլ -1 հատ Դոզատորները պետք է լինեն ավտոկլավացվող և ունենան ոչ պակաս քան հետևյալ ճշգրտությունները. 0,5-10մկլ դոզատոր` 10 մկլ հեղուկ հավաքելու դեպքում $\pm 0,08$ մկլ, 1մկլ հեղուկ հավաքելու դեպքում $\pm 0,015$ մկլ 2-20մկլ դոզատոր` 20 մկլ հեղուկ հավաքելու դեպքում $\pm 0,08$ մկլ, 2մկլ հեղուկ հավաքելու դեպքում |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | <p>±0,04մկլ 20-200մկլ դոզատոր` 200 մկլ հեղուկ հավաքելու դեպքում ±0,3մկլ, 20մկլ հեղուկ հավաքելու դետպում ±0,2մկլ 100-1000մկլ դոզատոր` 1000 մկլ հեղուկ հավաքելու դեպքում ±2մկլ, 100մկլ հեղուկ հավաքելու դետպում ±0,7մկլ Հավաքածուն ներառում է կանգնակ դոզատորների համար -1 հատ:</p> |
|--|--|--|--|--|---|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԱՎՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/74 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|---|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 3 | Լարրատոր դոզատորների հավաքածու | 613-5471,613-7103, 613-7110 | 613-5471,613-7103, 613-7110 | VWR | Փոփոխական ծավալով 0,5-10մկլ -1 հատ Փոփոխական ծավալով 2-20մկլ -1 հատ Փոփոխական ծավալով 20-200մկլ -1 հատ Փոփոխական ծավալով 100-1000մկլ -1 հատ Դոզատորները պետք է լինեն ավտոկլավացվող և ունենան ոչ պակաս քան հետևյալ ճշգրտությունները. 0,5-10մկլ դոզատոր` 10 մկլ հեղուկ հավաքելու դեպքում $\pm 0,08$ մկլ, 1մկլ հեղուկ հավաքելու դեպքում $\pm 0,015$ մկլ 2-20մկլ դոզատոր` 20 մկլ հեղուկ հավաքելու դեպքում $\pm 0,08$ մկլ, 2մկլ հեղուկ հավաքելու դեպքում |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | <p>±0,04մկլ 20-200մկլ դոզատոր` 200 մկլ հեղուկ հավաքելու դեպքում ±0,3մկլ, 20մկլ հեղուկ հավաքելու դետպում ±0,2մկլ 100-1000մկլ դոզատոր` 1000 մկլ հեղուկ հավաքելու դեպքում ±2մկլ, 100մկլ հեղուկ հավաքելու դետպում ±0,7մկլ Հավաքածուն ներառում է կանգնակ դոզատորների համար -1 հատ:</p> |
|--|--|--|--|--|---|