

# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

## առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Բեսթ Սմարթ Մեդիքլ ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊԶԲ-2024/16-16-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Fubuki	Asahi Intecc	<p>Ներյրվասկուլյար ուղղորդիչ կաթետեր դիլատորով, որը նախատեսված է իշեմիկ ինսուլտի ներանոթային բուժման համար:</p> <p>Ռենտգենանցանելիությունն ապահովվում է ծայրակալի պլատինային մարկերի և ռենտգենոկոնտրաստ նյութի շնորհիվ: Կախված վիրահատվող անոթի անատոմիական առանձնահատկություններից պահանջվող չափերն են ըստ տրամագծի՝ 6Fr - արտաքինը՝ 2.7մմ, ներքինը՝ 2.28մմ / 0.090”:</p> <p>Կախված վիրահատվող անոթի անատոմիական առանձնահատկություններից պահանջվող չափերն են ըստ երկարության՝ 80սմ , 90սմ, 100սմ: Հիդրոֆիլ ծածկույթի երկարությունը՝ 5սմ : Կախված վիրահատվող անոթի անատոմիական առանձնահատկություններից ծայրակալի տեսակը՝ Straight կամ Angled: Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK որակի վկայականի առկայություն: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով: Հանձնելու</p>

			<p>պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն: «Բնակչությանը պետության կողմից երաշխավորված անվճար բժշկական օգնության և սպասարկման շրջանակներում գլխուղեղի սուր և/կամ ենթասուր իշեմիկ կաթվածների թրոմբոլիտիկ բուժման և մեխանիկական թրոմբեկտոմիա ծառայությունների մատուցման նպատակով ձեռք բերվող ապրանք:</p>
--	--	--	--





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Բերք Սմաթթ Մեդիքլ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/16-16-ԵՊԲՀ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
2	Fubuki	Asahi Intecc	Нейроваскулярный направляющий катетер с дилататором предназначен для внутрисосудистого лечения ишемического инсульта. Рентгеноконтрастность обеспечивается платиновым маркером насадки и рентгеноконтрастным материалом. В зависимости от анатомических особенностей оперируемого сосуда необходимые размеры составляют 6Fr по диаметру - внешний 2,7 мм, внутренний 2,28 мм/0,090". В зависимости от анатомических особенностей оперируемого сосуда необходимые размеры составляют 80 см, 90 см, 100 см по длине. Длина гидрофильного покрытия: 5 см .В зависимости от анатомических особенностей оперируемого сосуда тип наконечника: прямой или угловой. В зависимости от анатомических особенностей оперируемого сосуда тип наконечника бывает прямым или угловым. Новый, неиспользованный, в стерильной заводской упаковке. Включает технические характеристики, характеристики и инструкции по использованию в виде заводского руководства. Наличие не менее 50% от полного срока годности на момент

			поставки. «Изделие, приобретаемое с целью оказания тромболитической терапии острого и/или подострого ишемического инсульта и оказания услуг механической тромбэктомии в рамках бесплатной медицинской помощи и услуг, гарантированных населению государством.
--	--	--	---