ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՅՈՒՆԻՄԵԴ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/47 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
8	Meditech Equipment Co.,Ltd	MD9012	MD9012	Meditech Equipment Co.,Ltd	Հիվանդի մոնիտորը նկարում է սրտագրությունները, չափում է արյան ճնշումը (ոչ ինվազիվ ձևով), շնչառության արժեքները, ջերմաստիճանը, թթվածնի հագեցվածությունը զարկերակային արյան մեջ (SpO2) և պուլսի հաճախությունը (HR) Օգտագործվում է հիվանդներին մոնիտորինգի ենթարկելու համար տեղափոխման ժամանակ օգտագործելով մարտկոցներ, իսկ չափված տեղեկատվությունը հիվանդի վիճակի վերաբերյալ արտացոլվում է էկրանին ալիքի

					ձևերով և թվային արժեքներով Դիսփլեյ/էկրան Դիսփլեյ. գունավոր TFT էկրան, էկրանի անկյունագծային կորեր և չափված արժեքներ, 12,1 , 8 կոր, ինչպես նաև լուսարձակման համար ցուցադրման դաշտեր՝ ձեռքով կարգավորելի Թողունակության արագությունը՝ կարգաբերված է 6.25, 12.5, 25 մմ / վրկ Դիսփլեյի պիքսելները 800x600 Մոնիտորի ինտերֆեյսը էլեկտրացանցի / մարտկոցի շահագործումից, ցանցի շահագործում. Ներկառուցված էլեկտրասնուցման բլոկի միջոցով Մարտկոցի շահագործումը. Ինտեգրված մարտկոցի միջոցով Մարտկոցի գործարկման ժամանակը՝ 2,5 ժամ Սնուցումը 220 Վոլտ, 50/60Հց Բուֆեր. տրենդների ցուցանիշների համար Համակարգի ընդլայնում Ծրագրակազմի թարմացումներն ինտերֆեյսերի միջոցով. Կատարողական պարամետրերի շրջանակի ընդլայնում Մոնիտորինգի պարամետրերը ներառում են՝ ECG, RESP, NIBP, SPO2, PULSE RATE, DUAL-TEMP S-T հատվածի սինխրոն

					հայտնաբերում և վերլուծություն Բոլոր պարամետրերի գրաֆիկական և աղյուսակային տրենդներ NIBP, HEART RATE, TEMP, SPO2, RESP, տվյալների պահպանում (720 ժամ) Կենտրոնական մոնիտոր կայանի հետ կապնվելու հնարավորություն Ներքին բարձր հստակության ջերմային կետերի մատրիցային պրինտեր, որը կարող է նկարել ալիքների ձևեր և նիշեր ECG Մուտք. ECG մալուխ, ստանդարտ AAMI մալուխի միակցիչ Կալիբրացման ազդանշան ՝ 1 մՎտ Սրտի բաբախների քանակը. Չափման միջակայքը 25-ից 250 բ/ րոպե Ազդանշանային ռեժիմ՝ լսելի և տեսողական ազդանշան NIBP Մեթոդը օսկիլոմետրիկ, Ռեժիմը՝ Manual, Auto, STAT, թողունակությունը՝ 1 մմ սնդ. սյուն Չափման միջակայքն AUTO ռեժիմով 2ր -4 ժամ Չափման ժամանակահատվածը STAT ռեժիմով՝ 5 րոպե Սրտի հաճախության միջակայքը 40-240 հարված մեկ րոպեի ընթացքում Ահազանգի տեսակները՝ SYS, DIA, MEAN Չափման և ազդանշանային

					միջակայք Adult ռեժիմ SYS: 40-270 mmHg DIA: 10-215 mmHg MEAN: 20-235 mmHg Pediatric ռեժիմ SYS: 40- 200 mmHg DIA: 10-150 mmHg MEAN: 20-165 mmHg Neonatal ռեժիմ SYS: 10 -150 mmHg DIA: 10 -100 mmHg MEAN: 20-110 mmHg Ճնշման թողունակությունը՝ 1mmHg Ճշգրտության ճնշման առավելագույն միջին սխալ. + / - 5 mmHg Առավելագույն ստանդարտ շեղումը + / - 8 mmHg Պաշտպանություն գերճնշումից Adult ռեժիմ: 297 mmHg Pediatric ռեժիմ: 240 mmHg Neonatal ռեժիմ: 147 mmHg SpO2 Չափման և ազդանշանային միջակայք (ոչ պակաս քան) Չափման միջակայք 0-100% Ահազանգի միջակայք ՝ 0-100% Թողունակությունը՝ 1 % Ճշգրտությունը՝ 70% -100% + / - 2% 0%-69% + / - 5 Ակտուալիզացման միջակայք՝ մոտ 1 վրկ. Զարթուցիչի հետաձգում. 10 վրկ., Զարկերակային արագություն Չափման և ազդանշանային միջակայք՝ 0-254 բաբախ/րոպե Թողունակությունը՝ 1 բաբախ/րոպե, ճշգրտություն՝ + / - 2 բաբախ/րոպե

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ **предлагаемого товара** ՅՈՒՆԻՄԵԴ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/47 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.					Շնչառություն (Respiration) Չափման և ազդանշանային միջակայք Մեթոդը դիմադրություն R-F (RA-LL) միջև Դիֆերենցիալ մուտքային դիմադրություն. Մեծ 2.5 Մ Omega; Իմպեդանսի չափման միջակայքը՝ 0.3-5 Omega; Իմպեդանսի հիմնական գծի միջակայքը՝ 0-2.5 Omega; Թողունակություն՝ 0.3-2.5 Հg Շնչառության հաճախություն Չափման և ազդանշանային միջակայք Adult: 0-120 rpm Neo/Ped: 0 -150 rpm Թողունակությունը՝ 1 շնչ/րոպե Ճշգրտություն՝ + / - 2 շնչ/րոպե Սպնոե ահազանգ՝ 10-40 Տ Ջերմաստիճան Չափման և ազդանշանային միջակայք 2 կանալ Չափման և ազդանշանային միջակայք՝ 0-50 C, թողունակությունը՝ 0.1 C Ճշգրտությունը՝ + / - 0.1 C Սկզբունքային Միջին ժամանակի հաստատունը՝ փոքր 10 վրկ. Պարագաներ Մեկանգամյա էլեկտրոդի մալուխ (3 կամ 5 լարանի) NIBP ճարմանոներ մեծահասակների համար NIBP ճարմանոներ երեխաների համար Դիսպլեյ/Էկրան Դիսպլեյ: Цветной NIBP ճարմանդներ նորածինների
Номер лота			Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
8	Meditech Equipment Co.,Ltd	MD9012	MD9012	Meditech Equipment Co.,Ltd	Монитор пациента Монитор пациента рисует кардиограммы, измеряет кровяное давление (неинвазивный тип), показатели дыхания, температуру в двух точках, насыщение артериальной крови кислородом (SpO2) и частоту пульса (ЧСС) используется для мониторинга пациентов во время транспортировки с помощью батареек, а измеренная информация о состоянии пациента отображается в виде волн вместе с числовыми значениями. Дисплей/Экран Дисплей: Цветной

					TFT,[illegible] и [illegible] [illegible] яркость [illegible] [illegible] [illegible] дисп[illegible] [illegible] [illegible] [

						подключения к центральной станции мониторинга Внутренний термоточечный матричный принтер высокой четкости, способный выводить осциллограммы и символы ECG Вход: Кабель ЭКГ, стандартный кабельный разъем AAMI Калибровочный сигнал: 1 мВ Частота сердечных сокращений: Диапазон измерения: от 25 до 250 ударов в минуту Режим сигнализации: Звуковая и визуальная сигнализация NIBP Способ: Осциллографический Режим: Ручной, автоматический, статический, разрешение 1 мм рт. ст. Интервал измерения в автоматическом режиме: в диапазоне 2м-4 ч Период измерения в режиме статистики: 5 мин Диапазон частоты пульса: 40-240 ударов в минуту Тип сигнализации: SYS, DIA, MEAN Диапазон измерения и сигнализации Режим для взрослых SYS: 40-270 mmHg DIA: 10-215 mmHg MEAN: 20-235 mmHg Педиатрический режим SYS: 40-200 mmHg DIA: 10-150 mmHg MEAN:

					26-165 mmHg Неонатальный режим SYS: 10 -150 mmHg DIA: 10-100 mmHg MEAN: 20-110 mmHg Разрешающее давление: 1 мм рт. ст. Точность Максимальная средняя погрешность давления: ±5 мм рт. ст. Максимальное стандартное отклонение: ±8 мм рт. ст. Защита от избыточного давления Режим для взрослых: 297 мм рт. ст. Педиатрический режим: 240 мм рт. ст. Неонатальный режим: 147мм рт. ст. SpO2 Диапазон измерения и сигнализации (не менее чем) Диапазон измерения: 0-100 % Диапазон срабатывания сигнализации: 0-100 % Разрешение: 1 % Точность: 70% -100% ±2 %; 0%-69% ±5% Интервал актуализации: около 1 секунды. Задержка сигнала тревоги: 10 Сек., Частота пульса Диапазон измерения и сигнализации: 0-254 уд / мин Разрешение: 1 уд / мин, точность: ±2 уд / мин Дыхание (респирация) Диапазон измерения и сигнализации Способ: Импеданс между R-F (RA-LL) Дифференциальное входное

						сопротивление: > 2,5 MΩ Диапазон измерения импеданса: 0,3-5,0 Ом Диапазон импеданса базовой линии: 0 – 2,5 КОм Полоса пропускания: 0,3-2,5 Гц Частота дыхания Диапазон измерения и сигнализации Взрослый: 0-120 rpm Neo/Ped: 0 -150 rpm Разрешение: ±1 rpm Точность: ±2 rpm Тревога Апноэ: 10-40 С Температура Диапазон измерения и сигнализации Канал: 2 Диапазон измерения и сигнализации: 0-50 °C, разрешение: 0,1 °C Точность: ±0,1 °C Интервал актуализации: около 1 секунды. Средняя постоянная времени: <10 сек. Акссесуары: Электродный кабель для одноразового электрода (3 или 5 выводов) Манжета NIBP для взрослых Манжета NIBP для детей Манжета NIBP для новорожденных Шланг для манжеты NIBP Шнур питания Одноразовый электрод (5 шт) Датчик SpO2 многоразового использования для взрослых Комплектация и акссесуары: Установка и пуско-наладочные работы Обучение персонала на

					месте Руководство пользователя на английском Оборудование новый, неиспользованный В комплект входят все необходимые дополнительные устройства и аксессуары для полноценной работы оборудования Гарантия 24 месяцев Сертификаты качества (наличие) ИСО 13485 CE Mark (Directive 93/42/EEC)