

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Գոհար Ալեքսանյան Մուշեղի ԱԶ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/94 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի |                     |  |
|-----------------|--------------------|---------------------|--|
|                 | մակնիշը            | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը  |
| 7               | ԲԵՊՄ930            | Ինֆոտեկ             | <p>Սեղանի pH/ՕՎՊ-մետր, ջերմաստիճանի ավտոմատ կարգավորմամբ, pH ճշգրտությունը՝ <math>\pm 0,002</math> pH; pH միջակայքը՝ -2.00-ից մինչև 20.00; ՕՎՊ ռեժիմ՝ ճշգրտությունը՝ <math>\pm 0.2</math> մՎ; ՕՎՊ միջակայքը՝ <math>\pm 1999.9</math> (2000.0) մՎ: pH/ՕՎՊ-մետրը հագեցած է մեծ լուսավորված LCD էկրանով: Կարգավորվում է 1-ից 5 կետով: Ջերմաստիճանի ավտոմատ կարգավորումն ապահովում է ճշգրիտ տվյալներ ողջ տիրույթում: Հարաբերական և բացարձակ միլիվոլտ ռեժիմները ապահովում են հոլսալի ՕՎՊ-ի չափումները: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և չպետք է պարունակի օգտագործած կամ կիսամաշ դետալներ: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Փաթեթը ներառում է 1 տարի երաշխիք, մատակարարման ժամանակ</p> |







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ИП Гоар Александян Мушеговна в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БГՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/94 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар |                            |   |
|------------|--------------------|----------------------------|---|
|            | марка              | наименование производителя | технические характеристики  |
| 7          | БЕПМ930            | Инфитек Ко. ЛТД            | Настольный рН/ОВП-метр, автоматическая температурная компенсация, точность рН: $\pm 0.002$ рН; диапазон рН: от -2.00 до 20.00. Режим ОВП: точность ОВП: $\pm 0.2$ мВ; диапазон ОВП: $\pm 1999.9$ (2000.0) мВ. рН/ОВП-метр оснащен большим ЖК-дисплеем с подсветкой. Калибровка от 1 до 5 точек. Автоматическая температурная компенсация обеспечивает точные показания во всем диапазоне. Относительные и абсолютные режимы милливольт обеспечивают надежные измерения ОВП. Товар должен быть новым, неиспользованным и не должен содержать бывших в употреблении, поврежденных или полуизношенных деталей. Согласуйте с клиентом перед доставкой. Осуществлять поставку на надлежащих условиях. Наличие сертификата производителя. |