# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

**առաջարկվող ապրանքի ամբողջական**

ՄԵԴԹՐԵՅԴ ՍՊԸ-ն ՈՒԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/72 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 1 | Հիվանդանոցային պատգարակ | Հիվանդանոցային պատգարակ | Հիվանդանոցային պատգարակ | Հիվանդանոցային պատգարակ | Հիվանդանոցային պատգարակը պետք է կազմված լինի բնապահպանական պլաստիկից ինչը կարող է մանրէազերծվել 100°C ջերմաստիճանում և լինի առաձգական առնվազն մինչև 30 ՄՊա ճնշման պայմաններում: Պատգարակը պետք է ունենա առնվազն 2 գործառույթ՝ մեջքի մակերեսը պետք է լինի ծակոտկեն պատշաճ օդափոխման նպատակով, բարձրության կարգավորում՝ ամուր կռունկային համակարգով: Բարձրության կարգավորումը պետք է լինի չժանգոտվող պողպատից |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | կազմված բռնակի պտտման միջոցով։ Պատգարակի գլխատակը պետք է հնարավոր լինի բարձրացնել մինչև 80 աստիճան։ Պատգարակի վրա պետք է լինի ներքնակ, որը պետք է ունենա հնարավորություն պատգարակին ամրանալու, ինչպես նաև բուժառուին պատգարակի վրա ֆիքսելու նպատակով։ Պետք է լինի առնվազն էպոքսիդային ներկված, ASTM թեստավորմամբ հակաբակտերիալ, ներկի հաստությունը պետք է լինի առնվազն 0,12 մմ, ներկը պետք է կարողանա դիմակայել առնվազն 50 կգ ազդեցության։ Կռունկային համակարգը պետք է լինի պաշտպանված առնվազն մետաղական փոշու պաշտպանությամբ, որը դրան դարձնում է ավելի դիմացկուն։ Պատգարակը պետք է ունենա 2 կողնակ բուժառուի ընկնելը կանխելու նպատակով, որոնք հնարավոր պետք է լինի բարձրացնել և իջեցնել։ Պատգարակը պետք է ունենա չորս կրկնակի կողային անիվներ , որոնք |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | միաժամանակ կողպվում և բացվում են ոտնակով երկու կողմից: Պետք է ունենա մեկ ուղղորդող անիվով, որն օգնում է բուժքույր անձնակազմին հրել պատգարակը, որպեսզի հեշտությամբ գնա ուղիղ մեկ անձի կողմից: Պատգարակը պետք է ունենա իրեն կից շտատիվ նախատեսված հեղուկ դեղորայքի պարկերը կախելու համար: Պետք է ունենա չժանգոտվող պողպատից բռնակ: Պետք է ունենա կարգավորվող ուղղահայաց թթվածնի տարաի ֆիքսման հարմարանք, բեռնատարողությունը առնվազն` 15 կգ: Արտաքին չափս (LxW) 1930 մմ երկարություն ±5%, 600-640 մմ լայնություն ±5% Սեղանի բարձրության միջակայք 540-840 մմ ±5% |

# ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

**предлагаемого товара**

МЕДТРЕЙД ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՍԻԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/72 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 1 | | | | | |