

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Վի Առ Մեդիքալ ՍՊԸ-ն ՈԻԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/74 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Philips BV Endura	Philips	Philips BV Endura	Philips	Philips BV Endura սարքավորման տեսախցիկի ձեռքբերում և փոխարինում: Տեսախցիկը պետք է լինի նոր կամ օգտագործված: Պետք է համապատասխանի պատվիրատուի ունեցած սարքավորմանը և աշխատի տվյալ սարքավորման հետ անխոչնդոտ: Մատակարարը պետք է իրականացնի ամբողջ ախտորոշման վերանորոգման թեստավորման աշխատանքները: Մատակարարը պետք է տա երաշխիք ապրանքի համար առնվազն 60 օր: Տեսախցիկը իր լրակազմի մեջ պետք

					Է ունենա պատվիրատուի Philips BV Endura սարքավորման հետ համապատասխանող սերվո շարժիչ տեսախցիկի դիաֆրագմայի լուսանցքի տրամագծի կարգավորման համար:
--	--	--	--	--	---





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Չի Առ Մեդիթալ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՈԴԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/74 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Philips BV Endura	Philips	Philips BV Endura	Philips	Philips BV Endura սարքավորման տեսախցիկի ձեռքբերում և փոխարինում: Տեսախցիկը պետք է լինի նոր կամ օգտագործված: Պետք է համապատասխանի պատվիրատուի ունեցած սարքավորմանը և աշխատի տվյալ սարքավորման հետ անխոչնդոտ: Մատակարարը պետք է իրականացնի ամբողջ ախտորոշման վերանորոգման թեստավորման աշխատանքները: Մատակարարը պետք է տա երաշխիք ապրանքի համար առնվազն 60 օր: Տեսախցիկը իր լրակազմի մեջ պետք

					<p>Է ունենա պատվիրատուի Philips BV Endura սարքավորման հետ համապատասխանող սերվո շարժիչ տեսախցիկի դիաֆրագմայի լուսանցքի տրամագծի կարգավորման համար:</p>
--	--	--	--	--	---