

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«Ռեֆորս Գրուպ» ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/94 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի                     |                              |  |
|--------------------|--|------------------------------|--|
|                    | մակնիշը                                | արտադրողի<br>անվանումը       | տեխնիկական բնութագիրը  |
| 7                  | Benchtop<br>pH/ORP/Ion Meter<br>PH-920 | Biobase Biotech Co.,<br>Ltd. | <p>Սեղանի իոնոմետր pH/ՕՎՊ: Սեղանի pH/ՕՎՊ-մետր, ջերմաստիճանի ավտոմատ կարգավորմամբ, pH ճշգրտությունը՝ <math>\pm 0,002</math> pH; pH միջակայքը՝ -2.00-ից մինչև 20.00; ՕՎՊ ռեժիմ՝ ճշգրտությունը՝ <math>\pm 0.2</math> մՎ; ՕՎՊ միջակայքը՝ <math>\pm 1999.9</math> (2000.0) մՎ: pH/ՕՎՊ-մետրը հագեցած է մեծ լուսավորված LCD էկրանով: Կարգավորվում է 1-ից 5 կետով: Ջերմաստիճանի ավտոմատ կարգավորումն ապահովում է ճշգրիտ տվյալներ ողջ տիրույթում: Հարաբերական և բացարձակ միլիվոլտ ռեժիմները ապահովում են հոլսալի ՕՎՊ-ի չափումները: Biobase Ապրանքը նոր է, չօգտագործված և չի պարունակում օգտագործած կամ կիսամաշ դետալներ: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Փաթեթը ներառում է 1 տարի երաշխիք:</p> |







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО «РЕФОРС ГРУП» в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БТЛ-ЕЦДЦТДР-24/94 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар |                               |                            |
|------------|--------------------|-------------------------------|----------------------------|
|            | марка              | наименование<br>производителя | технические характеристики |
| 7          |                    |                               |                            |