

# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

## առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/50 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Չարկերակային օքսիմետրերի բազմակի օգտագործման տվիչներ	Չարկերակային օքսիմետրերի բազմակի օգտագործման տվիչներ	Չարկերակային օքսիմետրերի բազմակի օգտագործման տվիչներ	Չարկերակային օքսիմետրերի բազմակի օգտագործման տվիչներ	SpO2 սենսոր համատեղելի EDAN IM 60 հիվանդի մոնիտորների հետ Բազմակի օգտագործման SpO2 սենսոր պեդիատրիկ պացիենտների համար Մալուխի երկարությունը ոչ պակաս քան 200 սմ Պետք է լինի նոր, չօգտագործված Երաշխիքը ոչ պակաս քան 6 ամիս







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Մեդիտեխսերվիս ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/50 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Չարկերակային օքսիմետրերի բազմակի օգտագործման տվիչներ	Չարկերակային օքսիմետրերի բազմակի օգտագործման տվիչներ	Չարկերակային օքսիմետրերի բազմակի օգտագործման տվիչներ	Չարկերակային օքսիմետրերի բազմակի օգտագործման տվիչներ	SpO2 սենսոր համատեղելի EDAN IM 60 հիվանդի մոնիտորների հետ Բազմակի օգտագործման SpO2 սենսոր պեդիատրիկ պացիենտների համար Մալուխի երկարությունը ոչ պակաս քան 200 սմ Պետք է լինի նոր, չօգտագործված Երաշխիքը ոչ պակաս քան 6 ամիս