# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

**առաջարկվող ապրանքի ամբողջական**

Մարգ Ֆարմացիա ՍՊԸ-ն ՃԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/02 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 1 | արյան վերլուծիչ | Gastat | Gastat Pro | Techno Medica | Մարդու զարկերակային/երակային արյան մեջ գազերի և էլեկտրոլիտների որոշման շարժական վերլուծիչ ։Ունի հետևյալ պարամետրները ստուգելու հնարավորություն՝ pH, pCO2 , pO2 , cNa+ , cK+ , cCl− , cCa2+, Hct , HCO3-, TCO2, BE, bE, HB, O2sat, OcCT, BB, SBE, SBC AaDO2, RI, cCa։ Աշխատանքի մեթոդը չոր, առանց լվացող դիլուենտի, այլ հեղուկների և ծախսանյութերի օգտագործման, միայն մեկ մեկանգամյա օգտագործման քարթրիջի օգնությամբ, մեկ թեսթ մեկ քարթրիջ |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | սկզբունքով, որը թույլ կտա հնարավորինս նվազեցնել մեկ վերլուծության ինքնարժեքը անկախ կատարվող վերլուծությունների քանակից։ pH, cNa+ , cK+ , cCl− , cCa2+ նշված պարամետրերի համար չափման մեթոդը իոնսելեկտիվ քարթրիջային էլեկտրոդ, Hct էլեկտրոկոնդուկցիա, pO2 ըստ բարելված Կլարկի, pCO2 ըստ բարելված Սեվերինգհաուզի։ Ամեն հետազոտության համար անհրաժեշտ է 100 մկլ արյուն։ Չափելի պարամետրների որոշման առավելագույն և նվազագույն տիրույթները ապահովումեն . pH (6,00-8,00), pCO2 (5.0-250.0) , pO2 (5.0-720.0) , cNa+ (50.0-200.0 մմոլ/լ) , cK+(1.0- 12.0մմոլ/լ), cCl− (50.0-200.0մմոլ/լ) , cCa2+ (0.25-5.0մմոլ/լ), Hct (10-70%); հաշվարկային պարամետրերի չափման տիրույթները հետևյան են cHb- (3.4-25.5 գ/դլ); cHCO3-(0.0-99.9 մմոլ/լ), cHCO3 std (0.0-99.9 մմոլ/լ); cBE(ecf) –(30.0-30.0 մմոլ/լ); cBE(B) -(30.0-30.0 մմոլ/լ); cBB (0.0-99.9 մմոլ/լ); sO2(est) -(0.0-99.9 %); ctCO2(P)-(0.0-99.9 մմոլ/լ ); ctO2(a) |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | -(5.0-40.0 ծավ%); cCa2+(7.4)-(0.25-5.0 մմոլ/լ); pO2(A-a)-(0.0-720.0); RI -(0.0-20.0); AG -(0.0-99.9 մմոլ/լ); pH(T) -(6.000-8.000); pCO2(T) -(5.0-250.0); pO2(T) -(5.0 -720.0)։ Էկրանը սենսորային գունավոր 4,3 դույմ հեղուկ բյուրեղային։ 2 USB պորտի առկայություն և 5000 թեսթի հիշողություն։ Համակարգչին միանալու հնարավորություն և ծրագրային ապահովում։ Ներկառուցված տպիչի առկայություն ։ Էլեկտրական հոսանքի բացակայության դեպքում նաև մարտկոցային սնուցման հնարավորություն։ Քարթրիջները 2-8 C ում կարող են պահպանվել 12 ամիս, իսկ սենյակային ջերմաստիճանում 9 շաբաթ։ Յուրաքնչյուր քննության ժամաանակը ոչ ավել քան 3 րոպե , ամեն քարթրիջը իր մեջ պարունակում է նաև ստուգաչափ (կալիբրատոր)։ Սարքը նոր է, չօգտագործված, ունի 12 ամիս երաշխիք։ Որակի հավաստագրեր ISO, CE, FDA, IVDR |

# ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

**предлагаемого товара**

Марг-Фармация ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՃԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/02 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 1 | արյան վերլուծիչ | Gastat | Gastat Pro | Techno Medica | Մարդու զարկերակային/երակային արյան մեջ գազերի և էլեկտրոլիտների որոշման շարժական վերլուծիչ ։Ունի հետևյալ պարամետրները ստուգելու հնարավորություն՝ pH, pCO2 , pO2 , cNa+ , cK+ , cCl− , cCa2+, Hct , HCO3-, TCO2, BE, bE, HB, O2sat, OcCT, BB, SBE, SBC AaDO2, RI, cCa։ Աշխատանքի մեթոդը չոր, առանց լվացող դիլուենտի, այլ հեղուկների և ծախսանյութերի օգտագործման, միայն մեկ մեկանգամյա օգտագործման քարթրիջի օգնությամբ, մեկ թեսթ մեկ քարթրիջ |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | սկզբունքով, որը թույլ կտա հնարավորինս նվազեցնել մեկ վերլուծության ինքնարժեքը անկախ կատարվող վերլուծությունների քանակից։ pH, cNa+ , cK+ , cCl− , cCa2+ նշված պարամետրերի համար չափման մեթոդը իոնսելեկտիվ քարթրիջային էլեկտրոդ, Hct էլեկտրոկոնդուկցիա, pO2 ըստ բարելված Կլարկի, pCO2 ըստ բարելված Սեվերինգհաուզի։ Ամեն հետազոտության համար անհրաժեշտ է 100 մկլ արյուն։ Չափելի պարամետրների որոշման առավելագույն և նվազագույն տիրույթները ապահովումեն . pH (6,00-8,00), pCO2 (5.0-250.0) , pO2 (5.0-720.0) , cNa+ (50.0-200.0 մմոլ/լ) , cK+(1.0- 12.0մմոլ/լ), cCl− (50.0-200.0մմոլ/լ) , cCa2+ (0.25-5.0մմոլ/լ), Hct (10-70%); հաշվարկային պարամետրերի չափման տիրույթները հետևյան են cHb- (3.4-25.5 գ/դլ); cHCO3-(0.0-99.9 մմոլ/լ), cHCO3 std (0.0-99.9 մմոլ/լ); cBE(ecf) –(30.0-30.0 մմոլ/լ); cBE(B) -(30.0-30.0 մմոլ/լ); cBB (0.0-99.9 մմոլ/լ); sO2(est) -(0.0-99.9 %); ctCO2(P)-(0.0-99.9 մմոլ/լ ); ctO2(a) |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | -(5.0-40.0 ծավ%); cCa2+(7.4)-(0.25-5.0 մմոլ/լ); pO2(A-a)-(0.0-720.0); RI -(0.0-20.0); AG -(0.0-99.9 մմոլ/լ); pH(T) -(6.000-8.000); pCO2(T) -(5.0-250.0); pO2(T) -(5.0 -720.0)։ Էկրանը սենսորային գունավոր 4,3 դույմ հեղուկ բյուրեղային։ 2 USB պորտի առկայություն և 5000 թեսթի հիշողություն։ Համակարգչին միանալու հնարավորություն և ծրագրային ապահովում։ Ներկառուցված տպիչի առկայություն ։ Էլեկտրական հոսանքի բացակայության դեպքում նաև մարտկոցային սնուցման հնարավորություն։ Քարթրիջները 2-8 C ում կարող են պահպանվել 12 ամիս, իսկ սենյակային ջերմաստիճանում 9 շաբաթ։ Յուրաքնչյուր քննության ժամաանակը ոչ ավել քան 3 րոպե , ամեն քարթրիջը իր մեջ պարունակում է նաև ստուգաչափ (կալիբրատոր)։ Սարքը նոր է, չօգտագործված, ունի 12 ամիս երաշխիք։ Որակի հավաստագրեր ISO, CE, FDA, IVDR |