

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՅ.ԷՍ.ՖԱՐՄԱ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/16-19-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | |
|--------------------|---------------------|---------|------------------------|---|
| | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 17 | Finecross | . | Terumo | <p>Միկրոկաթետեր, ներսի տրամագիծը դիստալ հատվածում` 0.018"/, պրոքսիմալ հատվածում` 0.021", դրսի տրամագիծը դիստալ հատվածում` 1.8", պրոքսիմալ հատվածում` 2.6"- ապահովելու համար բարձր անցողունակությունը: Կախված վիրահատվող անոթի անատոմիական առանձնահատկություններից պահանջվող երկարություններն են` 130սմ, 150սմ:</p> <p>Ֆորմատ` հատ: CE MARK կամ FDA որակի վկայականների առկայությունը պարտադիր է: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները` գործարանային ձեռնարկի ձևով: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ի առկայություն:</p> |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | Պատվիրատուն իրավունք ունի ըստ անհրաժեշտության վերադարձնել կամ փոխել ապրանքի չափսը այլ չափսով, եթե առկա է ապրանքի ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 50%-ը: |
|--|--|--|--|---|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ЭЙ.ЭС.ФАРМА в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЦХЦПЗР-2024/16-19-БПРЗ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | |
|------------|--------------------|-------|----------------------------|--|
| | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 17 | Finecross | . | Terumo | <p>Микрокатетер, внутренний диаметр в дистальной части - не более 0,018 "/, в проксимальной части - не более 0,021", внешний диаметр в дистальной части - не более 1,8 ", в проксимальной части - не более 2,6 "- для обеспечения высокой пропускной способности. В зависимости от анатомических особенностей оперируемого сосуда необходимая длина составляет 130 см, 150 см. Формат: шт. CE MARK или FDA сертификат качества требуется для любой поставленной партии. Новый, неиспользованный, в заводской стерильной упаковке. Включить технические характеристики, спецификации и правила использования в виде заводского руководства. Наличие по крайней мере 70% полного срока годности на момент доставки. Заказчик имеет право вернуть</p> |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | или заменить размер товара другим при необходимости, при условии наличия по крайней мере 50% от всего срока годности товара. |
|--|--|--|--|--|