

# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

## առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՅ.ԷՍ.ՖԱՐՄԱ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/16-19-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
19	Angio-Seal 6Fr.	.	Terumo	"Չարկերակը կարող գործիք - Սարքն օգտագործվում է զարկերակի հետ արագ, անվտանգ եւ հուսալի մեխանիկական հեմոստազի համար: Իրենից Ներկայացնում է լրիվությամբ բիոդեգրադացվող ակտիվ փակող համակարգ, որի կազմում կան` ինտրաարտերիալ խարիսխ, թել, կոլագեն: Անոթի Ներքին պատին ֆիքսված հեմոստատիկ խարիսխը լրիվությամբ ներծծվում է մինչև 90 օրվա ընթացքում: Չարկերակը կարող գործիքի չափսը` 6Fr: Ֆորմատ` հատ: CE MARK կամ FDA որակի վկայականների առկայությունը պարտադիր է: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները` գործարանային ձեռնարկի ձևով: Հանձնելու

				<p>պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ի առկայություն: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է՝ 1. ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ): Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ 1. ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: "</p>
--	--	--	--	---





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ЭЙ.ЭС.ФАРМА в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЦХЦПЗР-2024/16-19-БПРЗ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
19	Angio-Seal 6Fr.	.	Terumo	"Инструмент для сшивания артерии. Устройство используется с артерией для быстрого, безопасного и надежного механического гемостаза. Это полностью биоразлагаемая система активного закрытия, включающая внутриартериальный анкер, нить, коллаген. Гемостатический анкер, закрепленный на внутренней стенке сосуда, полностью рассасывается в течение до 90 дней. Размер инструмента для сшивания артерии 6Fr. Формат: шт. CE MARK или FDA сертификат качества требуется для любой поставленной партии. Новый, неиспользованный, в заводской стерильной упаковке. Включить технические характеристики, спецификации и правила использования в виде заводского руководства. Наличие по крайней мере 70% полного срока годности

				<p>на момент доставки. Обязательным условием является: Участник подает вместе с заявкой: 1. Доверенность, предоставленная производителем изделия (гарантийное письмо-доверенность). Обязательным условием является, участник при заключении договора предоставляет: 1.сертификат происхождения, сертификат соответствия, представляемый производителем продукции. "</p>
--	--	--	--	---