

# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

## առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՅ.ԷՍ.ՖԱՐՄԱ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/16-19-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
63	PX slim microcatheter	.	Penumbra	Միկրոկաթետեր՝ 2,95Fr պրոցսիմալ արտաքին տրամագծով, 2,6Fr դիստալ արտաքին տրամագծով: 0,25" ներքին տրամագծով : Ծայրը կարող է լինել ուղիղ կամ 45, 90, 130 աստիճան թեքությամբ: 150սմ աշխատանքային երկարությամբ: Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK կամ FDA որակի վկայականի առկայությունը պարտադիր է: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն: «Բնակչությանը պետության կողմից երաշխավորված անվճար բժշկական օգնության և սպասարկման

				շրջանակներում գլխուղեղի սուր և/կամ ենթասուր իշեմիկ կաթվածների թրոմբոլիտիկ բուժման և մեխանիկական թրոմբեկտոմիա ծառայությունների մատուցման նպատակով ձեռք բերվող ապրանք»:
--	--	--	--	--





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ЭЙ.ЭС.ФАРМА в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЦХЦПЗР-2024/16-19-БПРЗ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
63	PX slim microcatheter	.	Penumbra	"Микрокатетер с проксимальным наружным диаметром 2,95Fr и дистальным наружным диаметром 2,6Fr. Внутренний диаметр 0,25 дюйма. Край может быть прямым или скошенным под углом 45, 90, 130 градусов. Рабочая длина 150 см. Сертификат качества CE MARK или FDA является обязательным для любой поставляемой партии. Новый, неиспользованный, в стерильной заводской упаковке. Включает технические характеристики, характеристики и инструкции по использованию в виде заводского руководства. Наличие не менее 50% от полного срока годности на момент поставки. Обязательным условием является: Участник подает вместе с заявкой: 1. Доверенность, предоставленная производителем изделия (гарантийное письмо-доверенность).

				<p>Обязательным условием является, участник при заключении договора предоставляет: 1.сертификат происхождения, сертификат соответствия, представляемый производителем продукции.</p> <p>«Изделие, приобретаемое в целях оказания тромболитической терапии острого и/или подострого ишемического инсульта и оказания услуг механической тромбэктомии в рамках бесплатной медицинской помощи и гарантированных государством услуг населению». "</p>
--	--	--	--	---