

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՅ.ԷՍ.ՖԱՐՄԱ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/16-19-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
67	Aspiration catheter	.	Penumbra	<p>Նեյրովասկուլյար ասպիրացիոն կաթետեր, որը նախատեսված է իշեմիկ կաթվածների ժամանակ թրոմբի հեռացման համար՝ արտածծման եղանակով: Հենքը հյուսված է, որի շնորհիվ հնարավորություն է տալիս պտտել կաթետերը դժվար բիֆուրկացիաները հաղթահարելու նպատակով, և չի ծավլում ոլորուն անոթային համակարգում: Ունի ավելի մեծ ասպիրացիոն ուժ: Կաթետերի երկարությունը՝ ոչ պակաս, քան՝ 160 սմ: Կախված վիրահատվող անոթի անատոմիական առանձնահատկություններից և վիրահատության տեսակից կաթետերի պահանջվող չափերն են՝ արտաքին տրամագիծը՝ 1.27 դիստալ, .062 պրոկսիմալ, ներքին տրամագիծը՝ 035'' դիստալ / 043'' պրոկսիմալ (չափսերի թուլյատրեյի տատանումը՝ ± 2%): Ծայրակալի տեսակը՝ ուղիղ, ամբողջ</p>

				<p>երկարությամբ նյութը PTFE: Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK կամ FDA որակի վկայականի առկայությունը պարտադիր է: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն: «Բնակչությանը պետության կողմից երաշխավորված անվճար բժշկական օգնության և սպասարկման շրջանակներում գլխուղեղի սուր և/կամ ենթասուր իշեմիկ կաթվածների թրոմբոլիտիկ բուժման և մեխանիկական թրոմբեկտոմիա ծառայությունների մատուցման նպատակով ձեռք բերվող ապրանք»:</p>
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ЭЙ.ЭС.ФАРМА в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЦХЦПЗР-2024/16-19-ЕПРЗ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
67	Aspiration catheter	.	Penumbra	Нейроваскулярно-аспирационный катетер, предназначенный для аспирационного удаления тромбов при ишемических инсультах. Ручка плетеная, что позволяет катетеру вращаться для преодоления сложных бифуркаций и не сгибается в извитой сосудистой сети. Имеет большую аспирационную силу. Длина катетера: не менее 160 см. В зависимости от анатомических особенностей оперируемого сосуда и вида операции необходимые размеры катетера составляют: наружный диаметр: 1,27 дистальный, 0,062 проксимальный, внутренний диаметр: 035" дистальный / 043" проксимальный (допустимый разброс размеров: $\pm 2\%$). Тип наконечника: Прямой, полноразмерный из ПТФЭ. Сертификат качества CE MARK или FDA является обязательным для любой

				<p>поставляемой партии. Новый, неиспользованный, в стерильной заводской упаковке. Включает технические характеристики, характеристики и инструкции по использованию в виде заводского руководства. Наличие не менее 50% от полного срока годности на момент поставки. «Изделие, приобретаемое в целях оказания тромболитической терапии острого и/или подострого ишемического инсульта и оказания услуг механической тромбэктомии в рамках бесплатной медицинской помощи и гарантированных государством услуг населению».</p>
--	--	--	--	---