

# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

## առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՆԻՍԵԴ ՍՊԸ-ն ԷԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/24 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	ՉԺՀ	ՉԺՀ	ՉԺՀ	ՉԺՀ	Էլեկտրական վիրահատական սեղան Ռենտգեն թափանցիկ, նախատեսված Ց-աղեղի և անգիոգրաֆի հետ համատեղ աշխատանքի համար, համալրված օրթոպեդիկ կցորդով: Սեղանի տեխնիկական պարամետրերը՝ Արտաքին չափսերը՝ երկարությունը առնվազն 2150մմ, լայնությունը առնվազն 560մմ, բարձրությունը կարգաբերվող առնվազն 750-1000մմ տիրույթում: Հակադարձ տրենդելենբուրգ՝ առնվազն 0-25°. Տրենդելենբուրգ՝ առնվազն 0-25°. Մեջքի մասի թեքում առնվազն

վերև/ներքև՝ 70°/15° . Կողային թեքություն ձախ/աջ՝ առնվազն 0-15° . Գլխամասի թեքում առնվազն վեր/ներքև 30°/90° . Ոտքի թիթեղը ներքև՝ 90° . Երիկամային կամրջի բարձրությունը՝ առնվազն 0-110 մմ. Ոտքի թիթեղի հորիզոնական թեքում առնվազն՝ 90° . Հորիզոնական սահք՝ առնվազն 0-350 մմ . Անվտանգ աշխատանքային բեռ՝ առնվազն 270 կգ Արգելակի առկայություն: Ներքևակը կայուն հեղուկ քիմիական ախտահանող նյութերին, մարմնի «հիշողության» հատկությունով Ներկառուցված մարտկոցի առկայություն, նախատեսված առնվազն 120 ամբողջական աշխատանքային ցիկլի համար Կառավարումը ներկառուցված և ձեռքի կառավարման վահանակի միջոցով Պատրաստման նյութը չժանգոտվող մետաղ, 304 կամ ավել դասի: Կցորդի տեխնիկական պարամետրերը՝ Արտաքին չափսերը՝ երկարությունը կարգաբերվող: առնվազն 1700-1900մմ տիրույթում, լայնությունը ոչ ավել քան 480մմ, բարձրությունը կարգաբերվող

առնվազն 770-1100մմ տիրույթում:  
Ձգման տիրույթը առնվազն 0-200մմ  
կամ ավել: Պատրաստման նյութը  
չժանգոտվող մետաղ կամ:  
ածխածնային մանրաթել: Արգելակի  
առկայություն: Լրակազմում  
առնվազն.: կառավարման  
վահանակ՝ 1հատ, մահճակալի  
շրջանակ՝ 1 հատ, ներքևակ՝ 1  
հավաքածու, անզգայացման Էկրանի  
շրջանակ՝ 1 հատ, ուսի հենակներ՝ 2  
հատ, թևատակ՝ 2 հատ, ոտքերի  
հենարան՝ 2 հատ, ծնկների  
հենարան՝ 2 հատ, ձեռքերի  
հենարան՝ 2 հատ, արմուկների  
հենարան՝ 2 հատ: Լրակազմում  
պետք է ներառված լինեն բոլոր  
անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և  
պարագաները, որոնք անհրաժեշտ  
են լիարժեք գործունեության համար  
Տեղադրման և փորձարկման  
աշխատանքներ, Աշխատակազմի  
ուսուցում տեղում՝ մասնագետի  
կողմից: Երաշխիք՝ առնվազն 12  
ամիս: Ապրանքը պետք է լինի նոր,  
չօգտագործված: Որակի  
սերտիֆիկատների պարտադիր  
առկայություն առնվազն՝ ISO13485,  
CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ

					FDA: Արտադրողի կողմից մատակարարին տրված հավաստագրի առկայությունն սույն ծածկագրով գնանշման հարցմանը մասնակցելու և մատակարարման մասին:
--	--	--	--	--	---

## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ԱՆԻՍԵԴ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕРЧ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/24 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					