

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՊՐՈ-ՍԵԴ ՍՊԸ-ն ՈԻԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/80 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	-	-	-	-	<p>Ճավալը առնվազն 400լ POZIS XՓ-400-2: չափեր (L*Խ*Բ)՝ 600x4610x1950: Աշխատանքային ջերմաստիճանային միջակայքը առնվազն: Ջերմային սենսորի տեսակը՝ NTC կամ համարժեք: Կառավարումը՝ միկրոպրոցեսորով կամ համարժեք: Սառեցման համակարգը՝ изобутан (R600a): Կոմպրեսսոր 1 հատ: Դիսփիլեյը՝ թվային դիսփիլեյ կամ համարժեք: Տեսաձայնային ահազանգ՝ պետք է լինի առնվազն Բարձր/ցածր ջերմության ահազանգի կարգավորման հնարավարություն:</p>

				<p>Պետք է լինի նաև դռան բաց մնալու ահազանգ: Էլեկտրաէներգիայի խափանման պահեստային համակարգ՝ առնվազն 8 ժամ տևողությամբ: Ներքին մակերեսը պետք է լինի Բարձր ազդեցության պոլիստիրոլ (HIPS High Impact Polystyrene) կամ համարժեք: Արտաքին մակերեսը պետք է լինի Էլեկտրագալվանիզացված պողպատից կամ համարժեք: Մակերեսը պետք է լինի հակամանրեային ծածկով: Պետք է լինեն առնվազն հետևյալ արքեստուարները՝ անիվներ, եռահար ազդանշանային միակցում, տվյալների գրանցիչ, փորձարկման անցք առնվազն 1 հատ 25մմ ±10% տրամագծով: ՈՒՆԻ 7հատ դարակ: Ձայնի ուժգնությունը առավելագույնը՝ 55dB: Էլեկտրական սնուցում՝ AC110 / 220V±10%, 50 / 60Hz, Հգորություն 250 BT: Քաշը 74 կգ: Սառնարանը ունի առնվազն 24 ամիս երաշխիք: Սերտիֆիկատների առկայություն՝ CE, FDA, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 13485:</p>
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՊՐՈ-ՍԵՂ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՈԴԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/80 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	-	-	-	-	Ծավալը առնվազն 400լ POZIS XՓ-400-2: չափեր (L*Խ*Բ)՝ 600x4610x1950: Աշխատանքային ջերմաստիճանային միջակայքը առնվազն: Ջերմային սենսորի տեսակը՝ NTC կամ համարժեք: Կառավարումը՝ միկրոպրոցեսորով կամ համարժեք: Սառեցման համակարգը՝ изобутан (R600a): Կոմպրեսոր 1 հատ: Դիսփիլեյը՝ թվային դիսփիլեյ կամ համարժեք: Տեսաձայնային ահազանգ՝ պետք է լինի առնվազն Բարձր/ցածր ջերմության ահազանգի կարգավորման հնարավարություն:

				<p>Պետք է լինի նաև դռան բաց մնալու ահազանգ: Էլեկտրաէներգիայի խափանման պահեստային համակարգ՝ առնվազն 8 ժամ տևողությամբ: Ներքին մակերեսը պետք է լինի Բարձր ազդեցության պոլիստիրոլ (HIPS High Impact Polystyrene) կամ համարժեք: Արտաքին մակերեսը պետք է լինի Էլեկտրագալվանիզացված պողպատից կամ համարժեք: Մակերեսը պետք է լինի հակամանրեային ծածկով: Պետք է լինեն առնվազն հետևյալ արքսեստուարները՝ անիվներ, եռահար ազդանշանային միակցում, տվյալների գրանցիչ, փորձարկման անցք առնվազն 1 հատ 25մմ $\pm 10\%$ տրամագծով: ՈՒՆԻ 7 հատ դարակ: Ձայնի ուժգնությունը առավելագույնը՝ 55dB: Էլեկտրական սնուցում՝ AC110 / 220V$\pm 10\%$, 50 / 60Hz, Հգորություն 250 BT: Քաշը 74 կգ: Սառնարանը ունի առնվազն 24 ամիս երաշխիք: Սերտիֆիկատների առկայություն՝ CE, FDA, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 13485:</p>
--	--	--	--	--