

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՍԷՍԹԻ ՍՊԸ-ն ՀՀՏՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/02 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
98	Տեսողության ստուգման ադյուսակ	Տեսողության ստուգման ադյուսակ	բժշկական այլ գործիքներ — պարագաներ	ՀՀ ՌԴ	ՀՀ Կառավարության 2012 թվականի սեպտեմբերի 20-ի N 1239-Ն որոշման, ՀՀ Առողջապահության նախարարության N867 հրամանի պահանջներին համապատասխան: Այս ադյուսակը պարունակում է տպագիր տառերի տողեր (ընդհանուր 12 տող), ընդորում, տառերի չափը վերևից ներքև տողից տող փոքրանում է: Յուրաքանչյուր տողի ձախ կողմում նշված է այն D հեռավորությունը (մետրերով), որից նորմալ տեսողություն ունեցող անձը պետք է տեսնի դրանք (վերևի շարքի

համար՝ 50.0 մետր, ներքևի համար՝
 2,5 մ): Յուրաքանչյուր տողի աջ
 կողմում նշված է V
 մեծությունը (պայմանական
 միավորներով): դա 5 մետր
 հեռավորությունից տառերը
 կարդալու տեսողության սրությունն
 է (0,1, եթե աչքը տեսնում է միայն
 վերևի շարքը, 2,0, եթե տեսնում է
 ներքևի շարքը): Տեսողությունը
 համարվում է նորմալ (1,0), երբ
 մարդը յուրաքանչյուր աչքով 5 մետր
 հեռավորությունից տեսնում է
 տասներորդ տողը: Տառերի չափը
 որոշակի տողում հաշվարկելու
 համար (մոտ 1 միլիմետր սխալի
 դեպքում) անհրաժեշտ է, ըստ-ի
 մեծության, բաժանել 7 միլիմետր
 սանդղակով: Այսպես, վերևի տողում
 տառերի չափը կլինի 70 միլիմետր (
 $V = 0.1$), իսկ ներքևում՝ 3,5 միլիմետր
 ($V = 2$): Մեկ այլ հեռավորությունից
 տեսողության սրության
 ուսումնասիրության ժամանակ
 (0,1-ից պակաս, եթե մարդը 5
 մետրից չի ճանաչում վերևի շարքի
 տառերը) հետազոտվող անձին
 մոտեցնում են աղյուսակին և
 յուրաքանչյուր 0,5 մետրից հետո

				հարցնում, մինչև նա ճիշտ կանվանի վերևի շարքի տառերը: Տեսողության սրության չափը հաշվում են հետևյալ բանաձևով. $V = d/D$, որտեղ V՝ տեսողության սրություն,՝ հեռավորությունը, որից կատարվում է հետազոտությունը,՝ հեռավորությունը, որի դեպքում նորմալ աչքը տեսնում է այս շարքը: Տպագրությունը կատարված է որակյալ նյութերով՝ ստուգման ժամանակ աչքի համար լրացուցիչ լարվածություն չստեղծելու նպատակով: Օգտագործվող նյութերը բարձրորակ են: Նմուշները մինչ մատակարարում կհամաձայնեցվեն պատվիրատուի հետ : Սահմանվում է երաշխիքային սպասարկում՝ առնվազն 1 տարի, արտադրական թերությունների և հնարավոր անհամապատասխանությունների վերականգնման, վերանորոգման նպատակով:
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ΕΥΕΥΘΗ ΟΤΕ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀSU-ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/02 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
98					