

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՌՈՍԱ ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/15-12-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
71	Maglumi EBV VCA IgM	Snibe Diagnostic	Maglumi 600 և Maglumi 800 վերլուծիչների համար նախատեսված Maglumi Էբշտեին Բառ վիրուսի նկատմամբ IgM հակամարմինների որոշման թեստ-հավաքածու (MaglumiEBV IgM): Օրիգինալ: Մեթոդ` Էլեկտրոխեմիլումինեսցենսային անալիզ: Ֆորմատ` 100 թեստ տուփում, կալիբրատոր, կոնտրոլ/հատ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Պահպանման պայմանները` 2-8°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic: Գնման առարկան նախատեսված է համալսարանական հիվանդանոցներում շահագործվող Maglumi 600 և Maglumi 800 (հանդիսանում են փակ համակարգեր) վերլուծիչներով աշխատելու համար, որոնք կարող են աշխատել միայն օրիգինալ MaglumiEBV IgM թեստ-հավաքածույով: Պարտադիր պայման է հանդիսանում` մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է` ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ: Նշված երաշխիքային նամակով արտադրողը

			<p>Երաշխավորում է մատակարարի կողմից Հայաստանի Հանրապետություն մատակարարվող ապրանքը, ընդ որում ապրանքն արտադրողի կամ վերջինիս ներկայացուցչի երաշխիքային սամակում հստակ պետք է երևա՝ մատակարարի, մատակարարվող ապրանքի անվանումները և երկրի անվանումը որտեղ նշված մատակարարի կողմից վաճառվող ապրանքը երաշխավորվում է արտադրողի կողմից:</p>
--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ΠΠΩ ΟΠΣ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ΕΩΔΩΠΩΡ-2024/15-12-ΕΠΡΣ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
71			