

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/64/1 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի  |   |   |   |   |
|--------------------|---|---|---|---|---|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը   | ապրանքային<br>նշանը   | մակնիշը   | արտադրողի<br>անվանումը  | տեխնիկական բնութագիրը   |
| 7                  | Լաբորատոր<br>գործիքների<br>հավաքածու //<br>Laboratory<br>instrument set //<br>Набор<br>лабораторных<br>инструментов | Լաբորատոր<br>գործիքների<br>հավաքածու //<br>Laboratory<br>instrument set //<br>Набор<br>лабораторных<br>инструментов | Լաբորատոր<br>գործիքների<br>հավաքածու //<br>Laboratory<br>instrument set //<br>Набор<br>лабораторных<br>инструментов | Լաբորատոր<br>գործիքների<br>հավաքածու //<br>Laboratory<br>instrument set //<br>Набор<br>лабораторных<br>инструментов | Լաբորատոր գործիքների<br>հավաքածու միկրոպիպետներ<br>ճավալը՝ 2-20 սԼ, ավելացումները՝<br>0,1 մԼ, սխալմունքը՝ ոչ ավելի, քան<br>1.5% ճավալը՝ 5-50 սԼ,<br>ավելացումները՝ 0,1 մԼ, սխալմունքը՝<br>ոչ ավելի, քան 1.5% ճավալը՝ 10-100<br>սԼ, ավելացումները՝ 0,1 մԼ կամ 0,2<br>մԼ, սխալմունքը՝ ոչ ավելի, քան 1.5%<br>ճավալը՝ 20-200 սԼ, ավելացումները՝<br>0,2 մԼ, սխալմունքը՝ ոչ ավելի, քան<br>1.5% ճավալը՝ 100-1000 սԼ,<br>ավելացումները՝ 1 մԼ, սխալմունքը՝<br>ոչ ավելի, քան 1.5% Ոչ պակաս քան<br>6 միկրոպիպետի համար |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  | Նախատեսված պահիչ - 1 հատ<br>Որակի վկայականներ<br>(առկայություն) 1) ISO13485 կամ<br>համարժեք 2) CE Mark (Regulation<br>IVDR 2017/746) կամ FDA կամ<br>համարժեք |
|--|--|--|--|--|--|





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ՀԵԼԻՆՆ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/64/1 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар   |  |  |  |   |
|------------|--|--|--|--|---|
|            | фирменное наименование   | товарный знак  | марка  | наименование производителя   | технические характеристики  |
| 7          | Լաբորատոր գործիքների հավաքածու //<br>Laboratory instrument set //<br>Набор лабораторных инструментов | Լաբորատոր գործիքների հավաքածու //<br>Laboratory instrument set //<br>Набор лабораторных инструментов | Լաբորատոր գործիքների հավաքածու //<br>Laboratory instrument set //<br>Набор лабораторных инструментов | Լաբորատոր գործիքների հավաքածու //<br>Laboratory instrument set //<br>Набор лабораторных инструментов | Լաբորատոր գործիքների հավաքածու Միկրոպիպետներ Ծավալը՝ 2-20 սԼ, ավելացումները՝ 0,1 մԼ, սխալմունքը՝ ոչ ավելի, քան 1.5% Ծավալը՝ 5-50 սԼ, ավելացումները՝ 0,1 մԼ, սխալմունքը՝ ոչ ավելի, քան 1.5% Ծավալը՝ 10-100 սԼ, ավելացումները՝ 0,1 մԼ կամ 0,2 մԼ, սխալմունքը՝ ոչ ավելի, քան 1.5% Ծավալը՝ 20-200 սԼ, ավելացումները՝ 0,2 մԼ, սխալմունքը՝ ոչ ավելի, քան 1.5% Ծավալը՝ 100-1000 սԼ, ավելացումները՝ 1 մԼ, սխալմունքը՝ ոչ ավելի, քան 1.5% Ոչ պակաս քան 6 միկրոպիպետի համար |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  | Նախատեսված պահիչ - 1 հատ<br>Որակի վկայականներ<br>(առկայություն) 1) ISO13485 կամ<br>համարժեք 2) CE Mark (Regulation<br>IVDR 2017/746) կամ FDA կամ<br>համարժեք |
|--|--|--|--|--|--|