

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/64/1 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
9	Լաբորատոր կշեռք // Laboratory scale // Весы лабораторные	Լաբորատոր կշեռք // Laboratory scale // Весы лабораторные	Լաբորատոր կշեռք // Laboratory scale // Весы лабораторные	Լաբորատոր կշեռք // Laboratory scale // Весы лабораторные	Լաբորատոր կշեռք Կշմման սահմանը ոչ պակաս քան 300 գ Դիսկրետությունը ոչ պակաս քան 0,001 գ Ճշգրտության դաս: II Ինքնակարգաբերման գործառույթի առկայություն Նվազագույն քաշի կշռմումը՝ ոչ ավելի քան 0,02 գ Կշռի ընթերցման ժամանակը՝ ոչ ավելի քան 3 վրկ Տարայի քաշը գրոյացնելու գործառույթի առկայություն Էլեկտրասնուցում. 220V, 50/60Հց և ներկառուցված մարտկոցից Լրակազմ և պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում

				<p>Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն Սարքավորումը պետք է լինի Նոր, չօգտագործված Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս Որակի վկայականներ (առկայություն) 1) ISO13485 կամ համարժեք 2) CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA կամ համարժեք</p>
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՀԵԼԻՆՆ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/64/1 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
9	Լաբորատոր կշեռք // Laboratory scale // Весы лабораторные	Լաբորատոր կշեռք // Laboratory scale // Весы лабораторные	Լաբորատոր կշեռք // Laboratory scale // Весы лабораторные	Լաբորատոր կշեռք // Laboratory scale // Весы лабораторные	Լաբորատոր կշեռք Կշռման սահմանը ոչ պակաս քան 300 գ Դիսկրետությունը ոչ պակաս քան 0,001 գ Ճշգրտության դաս: II Ինքնակարգաբերման գործառույթի առկայություն Նվազագույն քաշի կշռմումը՝ ոչ ավելի քան 0,02 գ Կշռի ընթերցման ժամանակը՝ ոչ ավելի քան 3 վրկ Տարայի քաշը գրոյացնելու գործառույթի առկայություն Էլեկտրասնուցում. 220V, 50/60Հց և ներկառուցված մարտկոցից Լրակազմ և պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում

				<p>Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն Սարքավորումը պետք է լինի Նոր, չօգտագործված Լրակազմը Ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս Որակի վկայականներ (առկայություն) 1) ISO13485 կամ համարժեք 2) CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA կամ համարժեք</p>
--	--	--	--	---