

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/64/1 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի  |   |   |   |  |
|--------------------|---|---|---|---|--|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը   | ապրանքային<br>նշանը   | մակնիշը   | արտադրողի<br>անվանումը  | տեխնիկական բնութագիրը  |
| 9                  | Լաբորատոր կշեռք<br>// Laboratory scale<br>// Весы<br>лабораторные | Լաբորատոր կշեռք<br>// Laboratory scale<br>// Весы<br>лабораторные | Լաբորատոր կշեռք<br>// Laboratory scale<br>// Весы<br>лабораторные | Լաբորատոր կշեռք<br>// Laboratory scale<br>// Весы<br>лабораторные | Լաբորատոր կշեռք Կշմման սահմանը ոչ պակաս քան 300 գ Դիսկրետությունը ոչ պակաս քան 0,001 գ Հշգրտության դաս: II Ինքնակարգաբերման գործառույթի առկայություն Նվազագույն քաշի կշռմումը՝ ոչ ավելի քան 0,02 գ Կշռի ընթերցման ժամանակը՝ ոչ ավելի քան 3 վրկ Տարայի քաշը գրոյացնելու գործառույթի առկայություն Էլեկտրասնուցում. 220V, 50/60Հց և ներկառուցված մարտկոցից Լրակազմ և պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում |

|  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  | <p>Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն<br/>կամ անգլերեն կամ ռուսերեն<br/>Սարքավորումը պետք է լինի Նոր,<br/>չօգտագործված Լրակազմը<br/>Ներառում է բոլոր անհրաժեշտ<br/>լրացուցիչ սարքերը և<br/>պարագաները, որոնք անհրաժեշտ<br/>են լիարժեք գործունեության համար<br/>Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս<br/>Որակի վկայականներ<br/>(առկայություն) 1) ISO13485 կամ<br/>համարժեք 2) CE Mark (Directive<br/>93/42/EEC) կամ FDA կամ համարժեք</p> |
|--|--|--|--|---|





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ՀԵԼԻՆՆ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/64/1 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар  |   |   |   |  |
|------------|---|---|---|---|--|
|            | фирменное наименование  | товарный знак   | марка   | наименование производителя  | технические характеристики   |
| 9          | Լաբորատոր կշեռք<br>// Laboratory scale<br>// Весы<br>лабораторные | Լաբորատոր կշեռք<br>// Laboratory scale<br>// Весы<br>лабораторные | Լաբորատոր կշեռք<br>// Laboratory scale<br>// Весы<br>лабораторные | Լաբորատոր կշեռք<br>// Laboratory scale<br>// Весы<br>лабораторные | Լաբորատոր կշեռք Կշռման սահմանը ոչ պակաս քան 300 գ Դիսկրետությունը ոչ պակաս քան 0,001 գ Ճշգրտության դաս: II Ինքնակարգաբերման գործառույթի առկայություն Նվազագույն քաշի կշռմումը՝ ոչ ավելի քան 0,02 գ Կշռի ընթերցման ժամանակը՝ ոչ ավելի քան 3 վրկ Տարայի քաշը գրոյացնելու գործառույթի առկայություն Էլեկտրասնուցում. 220V, 50/60Հց և ներկառուցված մարտկոցից Լրակազմ և պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում |

|  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  | <p>Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն<br/>կամ անգլերեն կամ ռուսերեն<br/>Սարքավորումը պետք է լինի Նոր,<br/>չօգտագործված Լրակազմը<br/>Ներառում է բոլոր անհրաժեշտ<br/>լրացուցիչ սարքերը և<br/>պարագաները, որոնք անհրաժեշտ<br/>են լիարժեք գործունեության համար<br/>Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս<br/>Որակի վկայականներ<br/>(առկայություն) 1) ISO13485 կամ<br/>համարժեք 2) CE Mark (Directive<br/>93/42/EEC) կամ FDA կամ համարժեք</p> |
|--|--|--|--|---|