# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

**առաջարկվող ապրանքի ամբողջական**

Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/16-22-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | |
|---|---|---|---|---|
| | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 78 | SPIROLAB COLOUR SPIROMETER | SPIROLAB COLOUR SPIROMETER | MIR – Medical International Research SpA, Italy | Դյուրակիր սպիրոմետր օքսիմետրիայի հնարավորությամբ: 7՝՝ հպումային LCD էկրան: Հոսքային սենսոր՝ երկուղի թվային տուրբին: Ծավալը ՝ 10L: Հոսքի արագությունը՝ + / - 16 L/վ: Ծավալի ճշգրտությունը՝ + / - 2.5% կամ 50 մլ: Հոսքի ճշգրտությունը՝ + / - 5% կամ 200 մլ/վ: Դինամիկ դիմադրողականությունը՝ < 0.5սմ H2O/լ/վ: Ջերմային սենսոր՝ կիսահաղորդիչ (0-45 ° C) Կատարվող տեստերը՝ FVC, VC, IVC, MVV, PRE-POST: Չափվող պարամետրերը՝ FVC, FEV1, FEV1/FVC%, FEV1/PEF, FEV1/VC, FEV1/FEF0.5, DTPEF, FEV 0.5, FEV0.5/FVC, FEV0.75, FEV0.75/FVC, FEV2, FEV2/FVC, FEV3, FEV3/FVC, FEV6, FEV1/FEV6, PEF, FEF25, FEF50, FEF75, FEF2575, FEF7585, FET, Vext, ELA, EVOL, FIVC, FIV1, PIF, FIV1/FIVC, FIF25, FIF50, FIF75, R50, MVVcal, PIF, IRV, VC, EVC, IVC, IC, ERV, IRV, FEV1/VC, TV, VE, RR, ti, te, |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | ti/t-tot, TV/ti, MVV: Հիշողությունը՝ 10000 տեստ: Իրական ժամանակում հետազոտությունների տվյալների փոխանցում համակարգչին անլար եղանակով: Ներկառուցված տպիչի առկայություն և հնարավորություն արտաքին տպիչին միացնելու: Հավաքածուի նվազագույն պարտադիր համալրվածություն մարտկոցով (1 հատ) և բազմակի օգտագործման տուրբինով (1 հատ), սկզբնական շրջանում օգտագործման համար 50 հատ թղթյա մուշտուկով՝ վերը նշված բազմակի օգտագործման տուրբինայի հետ օգտագործելու համար: Նոր է, չօգտագործված: Առաջարկի արժեքի մեջ ներառված են՝ տեղադրումը, մոնտաժը, կարգավորումները, բժշկական անձնակազմին օգտագործման եղանակներին ծանոթացնելը: Երաշխիքային ժամկետը տեղադրման պահից՝ 12 ամիս: Տեղադրելուց հետո սարքը բերվելու է աշխատանքային վիճակի: Մատակարելիս CE և FDA սերտիֆիկատների առկայությունը պարտադիր է: |

# ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

**предлагаемого товара**

Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/16-22-ԵՊԲՀ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | |
|---|---|---|---|---|
| | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 78 | SPIROLAB COLOUR SPIROMETER | SPIROLAB COLOUR SPIROMETER | MIR – Medical International Research SpA, Italy | Портативный спирометр с возможностью оксиметрии. Сенсорный ЖК-экран с диагональю 7 дюймов. Датчик расхода: двухходовая цифровая турбина. Объем 10л. Скорость потока ±16 л/с. Точность объема ±2,5% или 50 мл. Точность потока ±5% или 200 мл/с. Динамическое сопротивление: <0,5 см H2O/л/с. Термодатчик: полупроводниковый (0-45°C) Тесты, которые необходимо провести: FVC, VC, IVC, MVV, PRE-POST: Измеряемые параметры: FVC, FEV1, FEV1/FVC%, FEV1/PEF, FEV1/VC, FEV1/FEF0.5, DTPEF, FEV 0.5, FEV0.5/FVC, FEV0.75, FEV0.75/FVC, FEV2, FEV2/FVC, FEV3, FEV3/FVC, FEV6, FEV1/FEV6, PEF, FEF25, FEF50, FEF75, FEF2575, FEF7585, FET, Vext, ELA, EVOL, FIVC, FIV1, PIF, FIV1/FIVC, FIF25, FIF50, FIF75, R50, MVVcal, PIF, IRV, VC, EVC, IVC, IC, ERV, IRV, FEV1/VC, TV, VE, RR, ti, te, |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | ti/t-tot, TV/ti, MVV: Память: 10 000 тестов. Передача данных съемки на ПК в режиме реального времени по беспроводной сети. Наличие встроенного принтера и возможность подключения к внешнему принтеру. Минимальный обязательный комплект включает в себя аккумулятор (1 шт) и многоразовую турбину (1 шт), а также 50 бумажных венчиков для первоначального использования для использования с выше указанной турбиной. Новый, неиспользованный. В стоимость предложения входит: установка, сборка, настройка, ознакомление медицинского персонала со способами использования. Гарантийный срок 12 месяцев с момента установки. После установки устройство будет приведено в рабочее состояние. Наличие сертификатов CE и FDA при поставке обязательно. |