

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ար.մեդտեխնիկա ՍՊԸ-ն ԵԲԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/3 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը   |
|-----------------|--|
| 2               | <p>Ապրանքային նշանը՝ Danflow, Ֆիրմային անվանումը՝ Անլար ուռոֆլուումետրիայի համակարգ DanFlow Wave, Սողելը՝ DanFlow Wave, Արտադրողի անվանումը՝ MEDKONSULT medical technology Տեխնիկական Բնութագիր՝ Անլար ուռոֆլուումետրիայի համակարգ Համակարգի բաղկացուցիչները՝ Անլար ուռոֆլուումետր Դոնգլ՝ չափված տվյալների անլար փոխանցման համար ստանդարտ համակարգչի կամ նոութբուքի Ծրագրային ապահովում՝ Հետազոտությունների արդյունքները պահվում են հիվանդների տվյալների բազայում և կարող են տպվել PDF ձևաչափով կամ սովորական տպիչի վրա Կանգնակ - 1 հատ Բազմակի օգտագործման ձագար (funnel)– 1 հատ Թափանցիկ տարրա - 2 հատ Համակարգի հետ համատեղելի համակարգիչ կամ նոթբուք, առնվազն հետևյալ պարամետրորով՝ MS Windows 7, 64 bit, CPU Dual-Core 2.5 GHz, RAM 8 GB Տպիչ Տեխնիկական տվյալներ՝ Ուռոֆլուումետր Սնուցումը՝ 2 հատ լիթիումային մարտկոց , 3.6 V, 3.6 Ah, չափս A Չափված ծավալի միջակայքը՝ 1000 մլ ± 1 % (առավելագույնը՝ 3000 մլ ± 2 %) Առավելագույն բեռնվածությունը՝ 3000 գ. (տարա և հեղուկ) Չափված հոսքի միջակայքը՝ 0 ÷ 500 մլ/վ ± 2 % Ձայնային ազդանշանի առկայություն Ներկառուցված ՌՀ մոդուլ /RF module/ Աշխատանքային հաճախականությունը՝ 868.3 ՄՀց Ելքային հզորություն (տրանսմիտտեր)՝ 10 dBm (10 մՎ) Չբաղեցրած թողունակությունը (bandwidth)՝ 268 կՀց Կապի արագությունը՝ 100 kbps Չափսերը՝ 146*140*41 մմ Քաշը՝ 350գ առանց մարտկոցների Կիրառելի ստանդարտներ՝ EN 60601-1, EN 60601-1-2, ETSI EN 301 489-1, ETSI EN 301 489-3, ETSI EN 301 489-17 Ռադիոկապի մոդուլ (radio communication module) Սնուցումը՝ 3.3 Վ DC ± 0.2 Վ, սնուցվում է USB-ից Աշխատանքային հաճախականությունը՝ 868.3 ՄՀց Ելքային հզորություն (տրանսմիտտեր)՝ 10</p> |

dBm (10 մվ) Չբաղեցրած թողունակությունը (bandwidth) ` 268 կՀց Կապի արագությունը ` 100 kbps Քաշը ` 15 գ  
Կիրառելի ստանդաշտներ` EN 62368-1, ETSI EN 301 489-1, ETSI EN 301 489-3, ETSI EN 301 489-17 Որակի  
վկայականների առկայություն CE, ISO 13485 Երաշխիքային ժամկետը` 12 ամիս: Համակարգի տեղադրում,  
կարգաբերում, անհրաժեշտության դեպքում նաև ուսուցում: Սարքավորումները նոր են, չօգտագործված:  
Պայմանագրի կատարման փուլում ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի  
կամ համապատասխանության սերտիֆիկատի ներկայացում: Մատակարարման ժամկետը` պայմանագիրն ուժի  
մեջ մտնելուց հետո ` 60 օր: Ապրանքները պետք է մատակարարվեն պատվիրատուի կողմից մատնանշված վայր:





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Ар.Медтехника ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БРЧ-БЦДЦПЗР-24/3 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар         |
|------------|----------------------------|
|            | технические характеристики |
| 2          |                            |