ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Իվաֆարմ ՍՊԸ-ն ԵԲԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/3 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
2	"Անլար ուռոֆլոումետրիայի համակարգ Համակարգի բաղկացուցիչները՝ Անլար ուռոֆլոումետր Դոնգլ՝ չափված տվյալների անլար փոխանցման համար ստանդարտ համակարգչի կամ նոութբուքի Ծրագրային ապահովում՝ Հետազոտությունների արդյունքները պահվում են հիվանդների տվյալների բազայում և կարող են տպվել PDF ձևաչափով կամ սովորական տպիչի վրա Կանգնակ - 1 հատ Բազմակի օգտագործման ձագար (funnel)– առնվազն 1 հատ Թափանցիկ տարրա – առնվազն 2 հատ Համակարգի հետ համատեղելի համակարգիչ կամ նոթբուք, առնվազն հետևյալ պարամետրորեվ՝ MS Windows 7, 64 bit, CPU Dual-Core 2.5 GHz, RAM 8 GB Տպիչ Տեխնիկական տվյալներ՝ Ուռոֆլոումետր Սնուցումը՝ առնվազն 2 հատ լիթիումային մարտկոց , ոչ պակաս, քան՝ 3.6 V, 3.6 Ah, չափս A Չափված ծավալի միջակայքը՝ 1000 մլ ± 1 % (առավելագույնը ՝ 3000 մլ ± 2 %) Առավելագույն բեռնվածությունը՝ ոչ պակաս, քան 3000 գ. (տարա և հեղուկ) Չափված հոսքի միջակայքը՝ 0 ÷ 500 մլ/վ ± 2 % Ձայնային ազդանշանի առկայություն Ներկառուցված ՌՀ մոդուլ /RF module/ Աշխատանքային հաճախականությունը՝ ոչ պակաս, քան՝ 868.3 ՄՀց Ելքային հզորություն (տրանսմիտտեր) ոչ ավել, քան՝ 10 dBm (10 մՎ) Զբաղեցրած թողունակությունը (bandwith) ոչ ավել, քան՝ 268 կՀց Կապի արագությունը ոչ պակաս, քան՝ 100 kbps Չափսերը ոչ ավել, քան՝ 165*160*60 մմ Քաշը ոչ ավել, քան՝ 500գ առանց մարտկոցների Կիրառելի ստանդարտներ՝ EN 60601-1, EN 60601-1-2, ETSI EN 301 489-1, ETSI EN 301 489-3, ETSI EN 301 489-17 կամ համարժեք Ռադիոկապի մոդուլ (radio communication module) Սնուցումը՝ առնվազն 3.3 Վ DC, ± 0.2 Վ, սնուցվում է USB-ից Աշխատանքային հաճախականությունը՝ ոչ պակաս, քան՝ 868.3 ՄՀց Ելքային հզորություն (տրանսմիտտեր) ոչ ավել, քան՝ 10 dBm (10

	մՎ) Զբաղեցրած թողունակությունը (bandwith) ոչ ավել, քան՝ 268 կՀց Կապի արագությունը ոչ պակաս, քան՝ 100 kbps Քաշը ոչ ավել, քան՝ 50գ Կիրառելի ստանդաչտներ՝ EN 62368-1, ETSI EN 301 489-1, ETSI EN 301 489-3, ETSI EN 301 489-17 Որակի վկայականների առկայություն CE կամ համարժեք , ISO 13485 կամ համարժեք Երաշխիքային ժամկետը՝ 12 ամիս: Համակարգի տեղադրում, կարգաբերում, անհրաժեշտության դեպքում նաև ուսուցում: Սարքավորումները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված: Պայմանագրի կատարման փուլում ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատի ներկայացում: Մատակարարման ժամկետը՝ պայմանագիրն ուծի մեջ մտնելուց հետո ՝ 60 օր: Ապրանքները պետք է մատակարարվեն պատվիրատուի կողմից մատնանշված վայր:"

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Ивафарм ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵԲԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/3 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
2	