ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՎԻՈԼԱ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԱԱԻ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/5 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	pH մետր ստացիոնար	pH մետր ստացիոնար	pH մետր ստացիոնար	pH մետր ստացիոնար	pH մետր (իոնոմեռ) ստացիոնար՝ Չափվող պարամետրերը pH, pX±, ՕՎՊ: pH-ի չափման միջակայքը՝ -2-ից 20, pH-ի չափման ճշտությունը՝ 0,002%, ± 0,01 pH և ավելի ցածր: Իոնների որոշման ճշտությունը 0,5% և ավելի ցածր: Հիշողությունը ոչ պակաս, քան 250 անալիզ, պետք է ունենա սենսորային էկրան, փոխվող էլեկտրոդներ և ավտոմատ թերմոկոմպեսացիայի հնարավորություն, USB- ելք, տրամաչափարկման լուծույթներ, առնվազն pH=4 և pH=7:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО «ВИОЛА» в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՆ ԱԱԻ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/5 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
3					