

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍԱԿՌ-ն ՀՀ ԳՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/24 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
94	ՀՀ Կառավարության 2012 թվականի սեպտեմբերի 20-ի N1239-Ն որոշման, ՀՀ Առողջապահության նախարարության N867 հրամանի պահանջներին համապատասխան: Չափման եղանակները՝ առանցքային (թևատակ), բերանի, հետանցքային: Չափման ժամանակը՝ մոտ 60 վայրկյան: Չափման ավարտի տեղեկատվական ձայնային ազդանշան: Վերջին չափման հիշողություն: Փոխարինվող մարտկոց: Ավտոմատ անջատում 10 րոպե հետո օգտագործելուց հետո մարտկոցի կյանքը երկարացնելու համար: Չափման թուլլատրելի սխալի սահմանները՝ +/- 0,1 °C : Պահպանման պատյան: Երաշխիքային ժամկետը առնվազն մեկ տարի:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

УЦЧП в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԳՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/24 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
94	постановления Правительства РА N1239-Н от 20 сентября 2012 года , приказом Министерства здравоохранения РА N867. Методы измерения: подмышечный (подмышка), оральный, ректальный. Время измерения: около 60 секунд. Информативный звуковой сигнал по окончании измерения. Память последних измерений. Сменный аккумулятор. Автоматическое отключение через 10 минут использования для продления срока службы батареи. Допустимые пределы погрешности измерения: +/- 0,1 °С. Чемодан для хранения. Гарантийный срок составляет не менее одного года.