

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մարզ Ֆարմացիա ՍՊԸ-ն ՄԲԿ-ԷԱԱՊԶԲ 2024-07 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Արյան մեջ Նատրիումիոլորետիկ հորմոն, ատրիոպեպտիդի որոշման չոր քիմիական կալիբրատոր	Արյան մեջ Նատրիումիոլորետիկ հորմոն, ատրիոպեպտիդի որոշման չոր քիմիական կալիբրատոր	Արյան մեջ Նատրիումիոլորետիկ հորմոն, ատրիոպեպտիդի որոշման չոր քիմիական կալիբրատոր	Արյան մեջ Նատրիումիոլորետիկ հորմոն, ատրիոպեպտիդի որոշման չոր քիմիական կալիբրատոր	Արյան մեջ Նատրիումիոլորետիկ հորմոն, ատրիոպեպտիդի (ST AIA- PACK BNP Human brain natriuretic peptide CALIBRATOR) , Նախատեսված Tosoh AIA սերնդի վերլուծիչների համար: Լիոֆիլիզացված ունիվերսալ կալիբրատոր շիճուկ, որը պետք է լինի պատրաստված մարդու արյունից: Ունենա շտրիխ կոդ համատեղելի Ճապոնական Tosoh արտադրողի սարքերի կոդային ցանկի հետ: Որակի և համապատասխանության վկայականների պարտադիր

				առկայությունն արտադրողի կողմից առնվազն՝ ISO 13485, ISO 14001, ISO9001, CE IVDMD
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Марг-Фармация ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом УРЧ-ЕЦАՊՁԲ 2024-07 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Արյան մեջ Նատրիումլուրետիկ հորմոն, ատրիոպեպտիդի որոշման չոր քիմիական կալիբրատոր	Արյան մեջ Նատրիումլուրետիկ հորմոն, ատրիոպեպտիդի որոշման չոր քիմիական կալիբրատոր	Արյան մեջ Նատրիումլուրետիկ հորմոն, ատրիոպեպտիդի որոշման չոր քիմիական կալիբրատոր	Արյան մեջ Նատրիումլուրետիկ հորմոն, ատրիոպեպտիդի որոշման չոր քիմիական կալիբրատոր	Արյան մեջ Նատրիումլուրետիկ հորմոն, ատրիոպեպտիդի (ST AIA- PACK BNP Human brain natriuretic peptide CALIBRATOR) , Նախատեսված Tosoh AIA սերնդի վերլուծիչների համար: Լիոֆիլիզացված ունիվերսալ կալիբրատոր շիճուկ, որը պետք է լինի պատրաստված մարդու արյունից: Ունենա շտրիխ կոդ համատեղելի Ճապոնական Tosoh արտադրողի սարքերի կոդային ցանկի հետ: Որակի և համապատասխանության վկայականների պարտադիր

					առկայություն արտադրողի կողմից առնվազն՝ ISO 13485, ISO 14001, ISO9001, CE IVDMD
--	--	--	--	--	--