

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Դելտա ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/64/3 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|--------------------|-----------------------|---------------------|------------|------------------------|---|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 15 | Ցենտրիֆուգ | Ցենտրիֆուգ | Ցենտրիֆուգ | Ցենտրիֆուգ | Ցենտրիֆուգ Լաբորատորիայում անհրաժեշտ է ցենտրիֆուգեր՝ արյան տարբեր բաղադրիչներն անալիզի համար առանձնացնելու համար: Գործառնական պահանջներ. Կոմպակտ կոնստրուկցիա՝ առանց վիբրացիայի աշխատելու համար Սեղանին դրվող տարբերակ Փորձանոթի տարողություն. ոչ պակաս քան 5-ից 15 մլ («Վակուտայներ» փորձանոթներ) միջակայքում Կառավարման վահանակ (ոչ պակաս քան)- մեկնարկի / դադարեցման |

անջատիչի, դինամիկ արգելակների,
արագության աստիճանական
կարգավորիչ ժամանակի չափիչով,
գրոյական մեկնարկի անջատիչով և
արագության ցուցիչ՝
ժամանակաչափով Դռան
արգելափակումը Սպասարկում -
անխոզանակ շարժիչ՝ ճշգրիտ
արագության նախնական
ընտրությամբ և ցուցադրմամբ
Արագության տիրույթ. ոչ պակաս
քան 200-ից 5000 պտ / րոպե
տիրույթում ժամանակի
կարգավորումը ոչ պակաս քան 1-ից
60 րոպեի միջակայքում
Համակարգի կազմաձևման
պարագաներ, պահեստամասեր և
ծախսվող նյութեր Ցենտրիֆուգը
պետք է հագեցած լինի ֆիքսված
անկյան ռոտորով: Փորձանոթների
դիրքերի քանակն անկյունային
ռոտորում՝ ոչ պակաս քան 12
փորձանոթ էլեկտրոսնուցում՝ 220 Վ,
50/60 Հց: Լրակազմ և պարագաներ
Տեղադրում և մեկնարկ
Աշխատակազմի ուսուցում տեղում
Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն
կամ անգլերեն կամ ռուսերեն
Սարքավորումը պետք է լինի նոր,

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | <p>չօգտագործված Լրակազմը Ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս Որակի վկայականներ (առկայություն) 1) ISO13485 կամ համարժեք 2) CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA կամ համարժեք</p> |
|--|--|--|--|---|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Делта в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/64/3 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|------------------------|---------------|------------|----------------------------|---|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 15 | Ցենտրիֆուգ | Ցենտրիֆուգ | Ցենտրիֆուգ | Ցենտրիֆուգ | Ցենտրիֆուգ Լաբորատորիայում անհրաժեշտ է ցենտրիֆուգեր՝ արյան տարբեր բաղադրիչներն անալիզի համար առանձնացնելու համար: Գործառնական պահանջներ. Կոմպակտ կոնստրուկցիա՝ առանց վիբրացիայի աշխատելու համար Սեղանին դրվող տարբերակ Փորձանոթի տարողություն. ոչ պակաս քան 5-ից 15 մլ («Վակուտայներ» փորձանոթներ) միջակայքում Կառավարման վահանակ (ոչ պակաս քան)- մեկնարկի / դադարեցման |

անջատիչի, դինամիկ արգելակների,
արագության աստիճանական
կարգավորիչ ժամանակի չափիչով,
գրոյական մեկնարկի անջատիչով և
արագության ցուցիչ՝
ժամանակաչափով Դռան
արգելափակումը Սպասարկում -
անխոզանակ շարժիչ՝ ճշգրիտ
արագության նախնական
ընտրությամբ և ցուցադրմամբ
Արագության տիրույթ. ոչ պակաս
քան 200-ից 5000 պտ / րոպե
տիրույթում ժամանակի
կարգավորումը ոչ պակաս քան 1-ից
60 րոպեի միջակայքում
Համակարգի կազմաձևման
պարագաներ, պահեստամասեր և
ծախսվող նյութեր Ցենտրիֆուգը
պետք է հագեցած լինի ֆիքսված
անկյան ռոտորով: Փորձանոթների
դիրքերի քանակն անկյունային
ռոտորում՝ ոչ պակաս քան 12
փորձանոթ էլեկտրոսնուցում՝ 220 Վ,
50/60 Հց: Լրակազմ և պարագաներ
Տեղադրում և մեկնարկ
Աշխատակազմի ուսուցում տեղում
Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն
կամ անգլերեն կամ ռուսերեն
Սարքավորումը պետք է լինի նոր,

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | <p>չօգտագործված Լրակազմը Ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս Որակի վկայականներ (առկայություն) 1) ISO13485 կամ համարժեք 2) CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA կամ համարժեք</p> |
|--|--|--|--|---|