

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Դեյտա ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/64/3 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
19	Վորտեքս ցենտրիֆուգ	Վորտեքս ցենտրիֆուգ	Վորտեքս ցենտրիֆուգ	Վորտեքս ցենտրիֆուգ	Վորտեքս ցենտրիֆուգ Պտտման արագության կարգավորման միջակայքը ոչ պակաս քան 1000-3500 պտ / րոպե (100 պտ / րոպե ավելացումով) Պտտման ժամանակը ոչ պակաս քան 1 վրկ -90 րոպե միջակայքում Պտտման ինտենսիվությունը ոչ պակաս քան փափուկ, միջին, կոշտ Կարգավորելի պտտման ժամանակը ոչ պակաս քան 0-20 վրկ միջակայքում (1 վրկ քայլով) Թվային դիսփլեյի առկայությունը Ավտոմատ կանգառ բաց կափարիչով Ռոտորի տարողությունը ոչ պակաս քան

				<p>12x1,5 մլ - 2,2 մլ Էլեկտրոսուցում՝ 220 Վ, 50/60 Հց: Լրակազմ և պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս Որակի վկայականներ (անկայություն) 1) ISO13485 կամ համարժեք 2) CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA կամ համարժեք</p>
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Делта в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/64/3 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
19	Վորտեքս ցենտրիֆուգ	Վորտեքս ցենտրիֆուգ	Վորտեքս ցենտրիֆուգ	Վորտեքս ցենտրիֆուգ	Վորտեքս ցենտրիֆուգ Պտտման արագության կարգավորման միջակայքը ոչ պակաս քան 1000-3500 պտ / րոպե (100 պտ / րոպե ավելացումով) Պտտման ժամանակը ոչ պակաս քան 1 վրկ -90 րոպե միջակայքում Պտտման ինտենսիվությունը ոչ պակաս քան փափուկ, միջին, կոշտ Կարգավորելի պտտման ժամանակը ոչ պակաս քան 0-20 վրկ միջակայքում (1 վրկ քայլով) Թվային դիսփլեյի առկայությունը Ավտոմատ կանգառ բաց կափարիչով Ռոտորի տարողությունը ոչ պակաս քան

				<p>12x1,5 մլ - 2,2 մլ Էլեկտրոսուցում՝ 220 Վ, 50/60 Հց: Լրակազմ և պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս Որակի վկայականներ (անկայություն) 1) ISO13485 կամ համարժեք 2) CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA կամ համարժեք</p>
--	--	--	--	--