

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Իմունոնոֆարմ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/64/3 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
11	ՊՇՌ Էքստրակտոր 16 տեղանոց	Bgna-32p	Bgna-32p	BOYN INSTRUMENTS	32 մարդու մոտ նուկլեինաթթուների ավտոմատացված մաքրման կամ մոլեկուլային ախտորոշման սմուլներին համար, բարձրորակ գենոմային ԴՆԹ և ՌՆԹ տարբեր սմուլների նյութերից, վիրուսային ՌՆԹ / ԴՆԹ և բակտերիալ ԴՆԹ կենսաբժշկական սմուլներից, մշակման ծավալը 20-1000 մկլ միջակայքում, սմուլի ծավալը 20-200 մկլ միջակայքում, Աշխատանքային ջերմաստիճանի միջակայքը 10°C-40°C, ջեռուցման ջերմաստիճանի միջակայքը

				<p>+5°C-125°C,Թվային դիսփլեյի առկայություն;Կարգավորելի տատանողական խառնման ռեժիմի առկայություն:Ուլտրամանուշակագույն լամպի առկայություն; Լուսավորության առկայություն:Էլեկտրոսնուցում` 220 Վ, 50/60 Հց: Լրակազմ և պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ`Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն Սարքավորումը նոր է, չօգտագործված Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս,Որակի վկայականներ (առկայություն) 1) ISO13485 2) CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA</p>
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО ИММУНОФАРМ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/64/3 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
11	ՊՇՌ Էրստրակտոր 16 տեղանոց	Bgna-32p	Bgna-32p	BOYN INSTRUMENTS	32 մարդու մոտ նուկլեինաթթուների ավտոմատացված մաքրման կամ մոլեկուլային ախտորոշման նմուշների համար, բարձրորակ գենոմային ԴՆԹ և ՌՆԹ տարբեր նմուշների նյութերից, վիրուսային ՌՆԹ / ԴՆԹ և բակտերիալ ԴՆԹ կենսաբժշկական նմուշներից, մշակման ծավալը 20-1000 մկլ միջակայքում, նմուշի ծավալը 20-200 մկլ միջակայքում, Աշխատանքային ջերմաստիճանի միջակայքը 10°C-40°C, ջեռուցման ջերմաստիճանի միջակայքը

				<p>+5°C-125°C, Թվային դիսփլեյի առկայություն; Կարգավորելի տատանողական խառնման ռեժիմի առկայություն: Ուլտրամանուշակագույն լամպի առկայություն; Լուսավորության առկայություն: Էլեկտրոսնուցում՝ 220 Վ, 50/60 Հց: Լրակազմ և պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ՝ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն Սարքավորումը նոր է, չօգտագործված Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս, Որակի վկայականներ (առկայություն) 1) ISO13485 2) CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA</p>
--	--	--	--	--