

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Իմմունոֆարմ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/64/3 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
15	Ցենտրիֆուգ ,	BC-L5K5, CFG 5BA	BC-L5K5, CFG 5BA	BOYN INSTRUMENTS, INFITEK	Կոմպակտ կոնստրուկցիա` առանց վիբրացիայի աշխատելու համար, սեղանին դրվող տարբերակ: Փորձանոթի տարողություն. 5-ից 15 մլ («Վակուտայներ» փորձանոթներ) միջակայքում: Կառավարման վահանակ- մեկնարկի / դադարեցման անջատիչի, դինամիկ արգելակների, արագության աստիճանական կարգավորիչ ժամանակի չափիչով, զրոյական մեկնարկի անջատիչով և արագության ցուցիչ` ժամանակաչափով: Դռան

				<p>արգելափակումը Սպասարկում - անխոզանակ շարժիչ՝ ճշգրիտ արագության նախնական ընտրությամբ և</p> <p>ցուցադրմամբ: Արագության տիրույթ. 200-ից 5000 պտ / րոպե տիրույթում ժամանակի կարգավորումը 0-ից 99 րոպեի միջակայքում: Համակարգի կազմաձևման պարագաներ, պահեստամասեր և ծախսվող նյութեր Ցենտրիֆուգը հագեցած է ֆիքսված անկյան ռոտորով: Փորձանոթների դիրքերի քանակն անկյունային ռոտորում՝ 12 փորձանոթ: Էլեկտրոսնուցում՝ 220 Վ, 50/60 Հց: Լրակազմ և պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն Սարքավորումը նոր է, չօգտագործված Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը 24 ամիս Որակի վկայականներ (առկայություն) 1) ISO13485 2) CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA</p>
--	--	--	--	--





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО ИММУНОФАРМ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/64/3 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
15	Յենտրիֆուկ ,	BC-L5K5, CFG 5BA	BC-L5K5, CFG 5BA	BOYN INSTRUMENTS, INFITEK	Կոմպակտ կոնստրուկցիա՝ առանց վիբրացիայի աշխատելու համար, սեղանին դրվող տարբերակ: Փորձանոթի տարողություն. 5-ից 15 մլ («Վակուտայներ» փորձանոթներ) միջակայքում: Կառավարման վահանակ- մեկնարկի / դադարեցման անջատիչի, դինամիկ արգելակների, արագության աստիճանական կարգավորիչ ժամանակի չափիչով, զրոյական մեկնարկի անջատիչով և արագության ցուցիչ՝ ժամանակաչափով: Դռան

				<p>արգելափակումը Սպասարկում - անխոզանակ շարժիչ՝ ճշգրիտ արագության նախնական ընտրությամբ և</p> <p>ցուցադրմամբ:Արագության տիրույթ. 200-ից 5000 պտ / րոպե տիրույթում ժամանակի կարգավորումը 0-ից 99 րոպեի միջակայքում:Համակարգի կազմաձևման պարագաներ, պահեստամասեր և ծախսվող նյութեր Ցենտրիֆուգը հագեցած է ֆիքսված անկյան ռոտորով:Փորձանոթների դիրքերի քանակն անկյունային ռոտորում՝ 12 փորձանոթ:Էլեկտրոսնուցում՝ 220 Վ, 50/60 Հց: Լրակազմ և պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն Սարքավորումը նոր է, չօգտագործված Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը 24 ամիս Որակի վկայականներ (առկայություն) 1) ISO13485 2) CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA</p>
--	--	--	--	--

