

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱԶ Նանե Հարությունյան-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2024/64/3 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	BIOBASE BIOMED CO., LTD	BIOBASE	FH1200(P)	BIOBASE BIOMED CO., LTD	Քարշիչ պահարանը նախագծված է որպես բացասական ճնշման օդափոխման համակարգ, որն ապահովում է օպերատորների և լաբորատոր միջավայրի անվտանգությունը: Քարշիչ պահարանն աշխատում է օդը սենյակ մատակարարելով արտանետվող պահարանի առջևի բացվածքով և արտանետվող օդափոխիչի միջոցով շարունակական օդափոխությամբ: Սա թույլ է տալիս կանխել աղտոտված գազերի, գոլորշիների, թունավոր գազերի, աերոզոլների և

քայքայիչ նյութերի տարածումը: 4  
անիվների վրա 2 անիվը  
արգելակներով Դիմացկուն է թույլ  
թթուների և ալկալիների նկատմամբ  
Դիմապակին էլեկտրական  
շարժիչով, բարձրությունը  
կարգավորելի Միկրոպրոցեսորային  
կառավարման համակարգ, LCD  
էկրան էլեկտրաէներգիայի  
անջատման դեպքում հիշողության  
գործառույթով Հեղուկի հավաքման  
բաքով հետևի վահանակի հետևում  
հեղուկ թափոնների հավաքման  
համար Ներքին չափերը (Wxdxh):  
Երկարությունը. 987 մմ:  
Խորությունը. 600 մմ Ընդհանուր  
բարձրությունը. 700 մմ Ընդհանուր  
չափերը (Wxdxh): Երկարությունը.  
1247 մմ Խորությունը. 800 մմ  
Ընդհանուր բարձրությունը. 2250 մմ  
Օդի հոսքի արագությունը . 0,3-0,8  
մ/վ միջակայքում Օդի հոսքի  
արագության կարգավորում 9  
մակարդակներում Արտանետվող  
օդի ծավալը . 750 մ3 / ժամ LED  
լամպի առկայություն  
Ուլտրամանուշակագույն  
ստերիլիզացման լամպի  
առկայություն, որի ճառագայթումը

253,7 նմ է՝ ստերիլիզացման  
լավագույն ազդեցությանը հասնելու  
համար: Ուլտրամանուշակագույն  
ստերիլիզացում  
ուլտրամանուշակագույն լամպի  
ժամանակաչափի գործառույթով  
Հիմնականախընդ պատրաստված է  
պողպատից՝ հակամանրէային  
փոշու ծածկույթով Աշխատանքային  
սեղանը քիմիադիմացկուն է: 2  
անջրանցիկ էլեկտրական  
վարդակների առկայություն  
Ակտիվացված ածխածնի ֆիլտրի  
առկայություն Ջրի ծորակի  
առկայություն Գազի ծորակի  
առկայությունը Ջրի լվացարանի  
առկայություն 4 մետր  
երկարությամբ արտանետող  
խողովակի առկայություն  
Էլեկտրոսուղում՝ 220 Վ, 50/60 Հց:  
Լրակազմ և պարագաներ  
Տեղադրում և մեկնարկ  
Աշխատակազմի ուսուցում տեղում  
Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն  
կամ անգլերեն կամ ռուսերեն  
Սարքավորումը նոր է,  
չօգտագործված Լրակազմը  
ներառում է բոլոր անհրաժեշտ  
լրացուցիչ սարքերը և

				պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը ` 24 ամիս Որակի վկայականներ 1) ISO13485 կամ համարժեք 2) CE Mark
--	--	--	--	---

## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Ա/Ձ Նախն Հարությունիյան в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/64/3  
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
3	BIOBASE BIOMED CO., LTD	BIOBASE	FH1200(P)	BIOBASE BIOMED CO., LTD	Քարշիչ պահարանը նախագծված է որպես բացասական ճնշման օդափոխման համակարգ, որն ապահովում է օպերատորների և լաբորատոր միջավայրի անվտանգությունը: Քարշիչ պահարանն աշխատում է օդը սենյակ մատակարարելով արտանետվող պահարանի առջևի բացվածքով և արտանետվող օդափոխիչի միջոցով շարունակական օդափոխությամբ: Սա թույլ է տալիս կանխել աղտոտված գազերի, գոլորշիների, թունավոր գազերի, աերոզոլների և

քայքայիչ նյութերի տարածումը: 4  
անիվների վրա 2 անիվը  
արգելակներով Դիմացկուն է թույլ  
թթուների և ալկալիների նկատմամբ  
Դիմապակին էլեկտրական  
շարժիչով, բարձրությունը  
կարգավորելի Միկրոպրոցեսորային  
կառավարման համակարգ, LCD  
էկրան էլեկտրաէներգիայի  
անջատման դեպքում հիշողության  
գործառույթով Հեղուկի հավաքման  
բաքով հետևի վահանակի հետևում  
հեղուկ թափոնների հավաքման  
համար Ներքին չափերը (Wxdxh):  
Երկարությունը. 987 մմ:  
Խորությունը. 600 մմ Ընդհանուր  
բարձրությունը. 700 մմ Ընդհանուր  
չափերը (Wxdxh): Երկարությունը.  
1247 մմ Խորությունը. 800 մմ  
Ընդհանուր բարձրությունը. 2250 մմ  
Օդի հոսքի արագությունը . 0,3-0,8  
մ/վ միջակայքում Օդի հոսքի  
արագության կարգավորում 9  
մակարդակներում Արտանետվող  
օդի ծավալը . 750 մ3 / ժամ LED  
լամպի առկայություն  
Ուլտրամանուշակագույն  
ստերիլիզացման լամպի  
առկայություն, որի ճառագայթումը

253,7 նմ է՝ ստերիլիզացման  
լավագույն ազդեցությանը հասնելու  
համար: Ուլտրամանուշակագույն  
ստերիլիզացում  
ուլտրամանուշակագույն լամպի  
ժամանակաչափի գործառույթով  
Հիմնականախընդ պատրաստված է  
պողպատից՝ հակամանրէային  
փոշու ծածկույթով Աշխատանքային  
սեղանը քիմիադիմացկուն է: 2  
անջրանցիկ էլեկտրական  
վարդակների առկայություն  
Ակտիվացված ածխածնի ֆիլտրի  
առկայություն Ջրի ծորակի  
առկայություն Գազի ծորակի  
առկայությունը Ջրի լվացարանի  
առկայություն 4 մետր  
երկարությամբ արտանետող  
խողովակի առկայություն  
Էլեկտրոսնուցում՝ 220 Վ, 50/60 Հց:  
Լրակազմ և պարագաներ  
Տեղադրում և մեկնարկ  
Աշխատակազմի ուսուցում տեղում  
Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն  
կամ անգլերեն կամ ռուսերեն  
Սարքավորումը նոր է,  
չօգտագործված Լրակազմը  
ներառում է բոլոր անհրաժեշտ  
լրացուցիչ սարքերը և

				պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը ` 24 ամիս Որակի վկայականներ 1) ISO13485 կամ համարժեք 2) CE Mark
--	--	--	--	---