

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱԶ Նանե Հարությունյան-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2024/64/3 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
15	Zenith Lab (Jiangsu) Co., LTD	ZENITH LAB	LC-05C	ZZenith Lab (Jiangsu) Co., LTD	Ցենտրիֆուգ ը նախատեսված է արյան տարբեր բաղադրիչներն անալիզի համար առանձնացնելու համար: Կոմպակտ կոնստրուկցիա՝ առանց վիբրացիայի աշխատելու համար Սեղանին դրվող տարբերակ է: Ռոտորի փորձանոթների քանակը և տարողությունը՝ 8x15/20 մլ: («Վակուտայներ» փորձանոթներ): Կառավարման վահանակ մեկնարկի / դադարեցման անջատիչի, դինամիկ արգելակների, արագության աստիճանական կարգավորիչ ժամանակի չափիչով, գրոյական մեկնարկի անջատիչով և

				<p>արագության ցուցիչ՝ ժամանակաչափով Դռան արգելափակում Անխոզանակ շարժիչ՝ ճշգրիտ արագության նախնական ընտրությամբ և ցուցադրմամբ Արագության տիրույթ. 200-ից 5000 պտ / րոպե: Ժամանակի կարգավորումը՝ 1-ից 60 րոպեի միջակայքում Համակարգի կազմաձևման պարագաներ, պահեստամասեր և ծախսվող կյութեր Ցենտրիֆուգը հագեցած է ֆիքսված անկյան ռոտորով: Փորձանոթների դիրքերի քանակն անկյունային ռոտորում՝ 12 փորձանոթ էլեկտրոսնուցում՝ 220 Վ, 50/60 Հց: Լրակազմ և պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ. անգլերեն Սարքավորումը նոր է, չօգտագործված Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը՝ 24 ամիս Որակի վկայականներ 1) ISO13485 2) CE Mark (Directive 93/42/EEC)</p>
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Ա/Ձ Նաևե Հարությունյանն в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/64/3
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
15	Zenith Lab (Jiangsu) Co., LTD	ZENITH LAB	LC-05C	Zenith Lab (Jiangsu) Co., LTD	Ցենտրիֆուգ ը նախատեսված է արյան տարբեր բաղադրիչներն անալիզի համար առանձնացնելու համար: Կոմպակտ կոնստրուկցիա՝ առանց վիբրացիայի աշխատելու համար Սեղանին դրվող տարբերակ է: Ռոտորի փորձանոթների քանակը և տարողությունը՝ 8x15/20 մլ: («Վակուտայներ» փորձանոթներ): Կառավարման վահանակ մեկնարկի / դադարեցման անջատիչի, դինամիկ արգելակների, արագության աստիճանական կարգավորիչ ժամանակի չափիչով, գրոյական մեկնարկի անջատիչով և

արագության ցուցիչ՝
ժամանակաչափով Դռան
արգելափակում Անխոզանակ
շարժիչ՝ ճշգրիտ արագության
նախնական ընտրությամբ և
ցուցադրմամբ Արագության տիրույթ.
200-ից 5000 պտ / րոպե: Ժամանակի
կարգավորումը՝ 1-ից 60 րոպեի
միջակայքում Համակարգի
կազմաձևման պարագաներ,
պահեստամասեր և ծախսվող
կյութեր Ցենտրիֆուգը հագեցած է
ֆիքսված անկյան ռոտորով:
Փորձանոթների դիրքերի քանակն
անկյունային ռոտորում՝ 12
փորձանոթ էլեկտրոսնուցում՝ 220 Վ,
50/60 Հց: Լրակազմ և պարագաներ
Տեղադրում և մեկնարկ
Աշխատակազմի ուսուցում տեղում
Օգտագործման ձեռնարկ. անգլերեն
Սարքավորումը նոր է,
չօգտագործված Լրակազմը
ներառում է բոլոր անհրաժեշտ
լրացուցիչ սարքերը և
պարագաները, որոնք անհրաժեշտ
են լիարժեք գործունեության համար
Երաշխիքը՝ 24 ամիս Որակի
վկայականներ 1) ISO13485 2) CE
Mark (Directive 93/42/EEC)

