

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱԶ Նանե Հարությունյան-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2024/64/3 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
17	BIOBASE BIOMED CO., LTD	BIOBASE	BKC-TH16RC-I	BIOBASE BIOMED CO., LTD	Բարձր արագությամբ սեղանի սառեցվող միկրոցենտրիֆուգ Կոմպակտ կոնստրուկցիա՝ առանց վիբրացիայի աշխատելու համար Սեղանին դրվող տարբերակ Կառավարման վահանակ-մեկնարկի / դադարեցման անջատիչի, դիսամիկ արգելակների, արագության աստիճանական կարգավորիչ ժամանակի չափիչով, գրոյական մեկնարկի անջատիչով և արագության ցուցիչ՝ ժամանակաչափով Դռան արգելափակում Ավտոմատ անջատման գործառույթի

առկայությունն ցենտրիֆուգի  
դիզբալանսի դեպքում  
Միկրոպրոցեսորային կառավարում  
LCD էկրան Գերտաքացման  
պաշտպանության և ավտոմատ  
ազդանշանային գործառույթի  
առկայությունն Առավելագույն  
պտտման հաճախականությունը`  
16.000 պտ/րոպ Առավելագույն  
կենտրոնախույս ուժը` 21 695×g  
Արագության ճշգրտությունը` ±20  
պտ/րոպ Ժամանակի  
ճշգրտում` 1-999 րոպեի  
սահմաններում Ձերմաստիճանի  
կարգավորման միջակայքը` -20-ից  
+40 °C Ձերմաստիճանի չափման  
ճշգրտությունը ոչ ավելի քան ±1 °C  
Աղմուկի մակարդակը` 65 դբ  
Միկրոռոտորների և ռոտորների  
առկայությունն PCR շերտերի համար  
Ռոտորի տարողությունը` 24x1,5 մլ /  
2,2 մլ Էլեկտրոսնուցում` 220 Վ, 50/60  
Հց: Լրակազմ և պարագաներ  
Տեղադրում և մեկնարկ  
Աշխատակազմի ուսուցում տեղում  
Օգտագործման ձեռնարկ. անգլերեն  
Սարքավորումը Նոր Է,  
չօգտագործված Լրակազմը  
Ներառում է բոլոր անհրաժեշտ

					<p>լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը ` 24 ամիս Որակի վկայականներ 1) ISO13485 2) CE Mark (Directive 93/42/EEC)</p>
--	--	--	--	--	--





առկայությունն ցենտրիֆուգի  
դիզբալանսի դեպքում  
Միկրոպրոցեսորային կառավարում  
LCD էկրան Գերտաքացման  
պաշտպանության և ավտոմատ  
ազդանշանային գործառույթի  
առկայությունն Առավելագույն  
պտտման հաճախականությունը`  
16.000 պտ/րոպ Առավելագույն  
կենտրոնախույս ուժը` 21 695×g  
Արագության ճշգրտությունը` ±20  
պտ/րոպ Ժամանակի  
ճշգրտում` 1-999 րոպեի  
սահմաններում Ձերմաստիճանի  
կարգավորման միջակայքը` -20-ից  
+40 °C Ձերմաստիճանի չափման  
ճշգրտությունը ոչ ավելի քան ±1 °C  
Աղմուկի մակարդակը` 65 դբ  
Միկրոռոտորների և ռոտորների  
առկայությունն PCR շերտերի համար  
Ռոտորի տարողությունը` 24x1,5 մլ /  
2,2 մլ Էլեկտրոսնուցում` 220 Վ, 50/60  
Հց: Լրակազմ և պարագաներ  
Տեղադրում և մեկնարկ  
Աշխատակազմի ուսուցում տեղում  
Օգտագործման ձեռնարկ. անգլերեն  
Սարքավորումը Նոր Է,  
չօգտագործված Լրակազմը  
Ներառում է բոլոր անհրաժեշտ

					<p>լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը ` 24 ամիս Որակի վկայականներ 1) ISO13485 2) CE Mark (Directive 93/42/EEC)</p>
--	--	--	--	--	--