

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱԶ Նանե Հարությունյան-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2024/64/3 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|-----------------|-------------------------|------------------|--------------|-------------------------|---|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 17 | BIOBASE BIOMED CO., LTD | BIOBASE | BKC-TH16RC-I | BIOBASE BIOMED CO., LTD | Բարձր արագությամբ սեղանի սառեցվող միկրոցենտրիֆուգ Կոմպակտ կոնստրուկցիա՝ առանց վիբրացիայի աշխատելու համար Սեղանին դրվող տարբերակ Կառավարման վահանակ-մեկնարկի / դադարեցման անջատիչի, դինամիկ արգելակների, արագության աստիճանական կարգավորիչ ժամանակի չափիչով, գրոյական մեկնարկի անջատիչով և արագության ցուցիչ՝ ժամանակաչափով Դռան արգելափակում Ավտոմատ անջատման գործառույթի |

առկայությունն ցենտրիֆուգի
դիզբալանսի դեպքում
Միկրոպրոցեսորային կառավարում
LCD էկրան Գերտաքացման
պաշտպանության և ավտոմատ
ազդանշանային գործառույթի
առկայությունն Առավելագույն
պտտման հաճախականությունը`
16.000 պտ/րոպ Առավելագույն
կենտրոնախույս ուժը` 21 695×g
Արագության ճշգրտությունը` ±20
պտ/րոպ Ժամանակի
ճշգրտում` 1-999 րոպեի
սահմաններում Ձերմաստիճանի
կարգավորման միջակայքը` -20-ից
+40 °C Ձերմաստիճանի չափման
ճշգրտությունը ոչ ավելի քան ±1 °C
Աղմուկի մակարդակը` 65 դբ
Միկրոռոտորների և ռոտորների
առկայությունն PCR շերտերի համար
Ռոտորի տարողությունը` 24x1,5 մլ /
2,2 մլ Էլեկտրոսնուցում` 220 Վ, 50/60
Հց: Լրակազմ և պարագաներ
Տեղադրում և մեկնարկ
Աշխատակազմի ուսուցում տեղում
Օգտագործման ձեռնարկ. անգլերեն
Սարքավորումը Նոր Է,
չօգտագործված Լրակազմը
Ներառում է բոլոր անհրաժեշտ

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | <p>լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը ` 24 ամիս Որակի վկայականներ 1) ISO13485 2) CE Mark</p> |
|--|--|--|--|--|--|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Ա/Ձ Նաևն Հարույրույանն в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/64/3
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|-------------------------|---------------|--------------|----------------------------|---|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 17 | BIOBASE BIOMED CO., LTD | BIOBASE | BKC-TH16RC-I | BIOBASE BIOMED CO., LTD | Բարձր արագությամբ սեղանի սառեցվող միկրոցենտրիֆուգ Կոմպակտ կոնստրուկցիա՝ առանց վիբրացիայի աշխատելու համար Սեղանին դրվող տարբերակ Կառավարման վահանակ-մեկնարկի / դադարեցման անջատիչի, դիսամիկ արգելակների, արագության աստիճանական կարգավորիչ ժամանակի չափիչով, գրոյական մեկնարկի անջատիչով և արագության ցուցիչ՝ ժամանակաչափով Դռան արգելափակում Ավտոմատ անջատման գործառույթի |

առկայությունն ցենտրիֆուգի
դիզբալանսի դեպքում
Միկրոպրոցեսորային կառավարում
LCD էկրան Գերտաքացման
պաշտպանության և ավտոմատ
ազդանշանային գործառույթի
առկայությունն Առավելագույն
պտտման հաճախականությունը`
16.000 պտ/րոպ Առավելագույն
կենտրոնախույս ուժը` 21 695xg
Արագության ճշգրտությունը` ±20
պտ/րոպ Ժամանակի
ճշգրտում` 1-999 րոպեի
սահմաններում Ձերմաստիճանի
կարգավորման միջակայքը` -20-ից
+40 °C Ձերմաստիճանի չափման
ճշգրտությունը ոչ ավելի քան ±1 °C
Աղմուկի մակարդակը` 65 դբ
Միկրոռոտորների և ռոտորների
առկայությունն PCR շերտերի համար
Ռոտորի տարողությունը` 24x1,5 մլ /
2,2 մլ Էլեկտրոսնուցում` 220 Վ, 50/60
Հց: Լրակազմ և պարագաներ
Տեղադրում և մեկնարկ
Աշխատակազմի ուսուցում տեղում
Օգտագործման ձեռնարկ. անգլերեն
Սարքավորումը Նոր Է,
չօգտագործված Լրակազմը
Ներառում է բոլոր անհրաժեշտ

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | <p>լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը ` 24 ամիս Որակի վկայականներ 1) ISO13485 2) CE Mark</p> |
|--|--|--|--|--|--|