

# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

## առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«Պրիմա Լար» ՍՊԸ -ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2024/64/3 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
8	Բժշկական սառցարան -40°C	Բժշկական սառցարան -40°C	Բժշկական սառցարան -40°C	Բժշկական սառցարան -40°C	Բժշկական սառցարան -40°C Սառցարան բժշկական նպատակներով Պետք է ունենա արտաքին կողպեք Ոչ պակաս քան 2 պահատուկների առկայություն Բարձր ճշգրտության միկրոպրոցեսորային ջերմաստիճանի կառավարման համակարգ թվային Էկրանով՝ ոչ ավելի քան 0,1 °C ճշգրտությամբ Ջերմաստիճանի կարգավորման միջակայքը ոչ պակաս քան -20 °C - -40 °C Թվային Էկրանը պետք է ցույց տա սառցարանի աշխատանքի վիճակը Անվտանգ պահպանման

				<p>համար լսելի և տեսանելի ահագանգման համակարգ Ոչ պակաս քան բարձր ջերմաստիճանի ազդանշան, ցածր ջերմաստիճանի ազդանշան, Էներգոմատակարարման սխալի ազդանշան Սառեցման սենսորների առկայություն Ծավալը ոչ պակաս քան 110 լիտր Էլեկտրոսնուցումը՝ 220 Վ / 50 Հց Լրակազմ և պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս Որակի վկայականներ (առկայություն). 1) ISO13485 կամ համարժեք 2) CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA կամ համարժեք</p>
--	--	--	--	--





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

«Պրիմա Լաբ» ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2024/64/3 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
8	Բժշկական սառցարան -40°C	Բժշկական սառցարան -40°C	Բժշկական սառցարան -40°C	Բժշկական սառցարան -40°C	Բժշկական սառցարան -40°C Սառցարան բժշկական նպատակներով Պետք է ունենա արտաքին կողպեք Ոչ պակաս քան 2 պահատուկների առկայություն Բարձր ճշգրտության միկրոպրոցեսորային ջերմաստիճանի կառավարման համակարգ թվային էկրանով՝ ոչ ավելի քան 0,1 °C ճշգրտությամբ Ջերմաստիճանի կարգավորման միջակայքը ոչ պակաս քան -20 °C - -40 °C թվային էկրանը պետք է ցույց տա սառցարանի աշխատանքի վիճակը Անվտանգ պահպանման

				<p>համար լսելի և տեսանելի ահագանգման համակարգ Ոչ պակաս քան բարձր ջերմաստիճանի ազդանշան, ցածր ջերմաստիճանի ազդանշան, Էներգոմատակարարման սխալի ազդանշան Սառեցման սենսորների առկայություն Ծավալը ոչ պակաս քան 110 լիտր Էլեկտրոսնուցումը՝ 220 Վ / 50 Հց Լրակազմ և պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս Որակի վկայականներ (առկայություն). 1) ISO13485 կամ համարժեք 2) CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA կամ համարժեք</p>
--	--	--	--	--