

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Նանա Մեդ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2024/64/3 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի   |                  |                 |  |  |
|-----------------|--|------------------|-----------------|--|--|
|                 | Ֆիրմային անվանումը   | ապրանքային նշանը | մակնիշը         | արտադրողի անվանումը  | տեխնիկական բնութագիրը  |
| 15              | TABLE- TYPE LOW-SPEED CENTRIFUGE, /Benchtop Low Speed Centrifuge | Kaida,/Scitek    | TD5G ,/CFG-5LEI | HUNAN KAIDA SCIENTIFIC INSTRUMENTS CO., LTD/Scitek Global CO., LTD | 1) Ցենտրիֆուգ` արյան տարբեր բաղադրիչներն անալիզի համար առանձնացնելու համար: Գործառնական պահանջներ. Կոմպակտ կոնստրուկցիա` առանց վիբրացիայի աշխատելու համար Սեղանին դրվող տարբերակ Փորձանոթի տարողություն. 12x15 մլ («Վակուտայներ» փորձանոթներ) Կառավարման վահանակ -մեկնարկի / դադարեցման անջատիչի, դինամիկ արգելակների, արագության աստիճանական կարգավորիչ ժամանակի չափիչով, գրոյական մեկնարկի անջատիչով և |

արագության ցուցիչ՝  
Ժամանակաչափով Դռան  
արգելափակում Սպասարկում -  
անխոզանակ շարժիչ՝ ճշգրիտ  
արագության նախնական  
ընտրությամբ և ցուցադրմամբ  
Արագության տիրույթ. 0-ից 5000 պտ  
/ րոպե տիրույթում Ժամանակի  
կարգավորումը՝ 0-ից 99 րոպեի  
միջակայքում Համակարգի  
կազմաձևման պարագաներ,  
պահեստամասեր և ծախսվող  
նյութեր Ցենտրիֆուգը հագեցած  
կլինի ֆիքսված անկյան ռոտորով:  
Փորձանոթների դիրքերի քանակն  
անկյունային ռոտորում՝ 12  
փորձանոթ Էլեկտրոսնուցում՝ 220 Վ,  
50/60 Հց: Լրակազմ և պարագաներ  
Տեղադրում և մեկնարկ  
Աշխատակազմի ուսուցում տեղում  
Օգտագործման ձեռնարկ՝ անգլերեն  
Սարքավորումը կլինի նոր,  
չօգտագործված Լրակազմը  
ներառում է բոլոր անհրաժեշտ  
լրացուցիչ սարքերը և  
պարագաները, որոնք անհրաժեշտ  
են լիարժեք գործունեության համար  
Երաշխիքը՝ 24 ամիս Որակի  
վկայականներ (առկայություն) 1)

|  |  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  |  | ISO13485 2) CE Mark (Directive<br>93/42/EEC) 2) |
|--|--|--|--|--|---|



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

НАНА МЕД ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԼ ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/64/3 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар   |               |                |  |  |
|------------|--|---------------|----------------|--|--|
|            | фирменное наименование   | товарный знак | марка          | наименование производителя   | технические характеристики   |
| 15         | TABLE- TYPE LOW-SPEED CENTRIFUGE, /Benchtop Low Speed Centrifuge | Kaida,/Scitek | TD5G ,CFG-5LEI | HUNAN KAIDA SCIENTIFIC INSTRUMENTS CO., LTD./Scitek Global CO., LTD. | Настольная центрифуга<br>Центрифуги необходимы в лаборатории для разделения различных компонентов крови для анализа. Эксплуатационные требования: Компактная конструкция для работы без вибрации Настольная версия<br>Емкость пробирки. не менее чемв диапазоне 5-15 мл (пробирки «Вакутайнер») Панель управления (не менее) - для переключателя запуска/остановки, динамических тормозов, бесступенчатого регулятора скорости с |

переключателем нулевого пуска и индикатора скорости с таймером.  
Дверной замок Не требующий технического обслуживания  
бесщеточный приводной двигатель с точным предварительным выбором скорости и дисплеем.  
Диапазон оборотов: не менее чем в диапазоне от 200 до 5000 об/мин  
Регулирование времени не менее чем в диапазоне от 1 до 60 минут  
Аксессуары для настройки системы, запасные части и расходные материалы  
Центрифуга должна быть оснащена ротором с фиксированным углом наклона.  
Количество положений пробирок в угловом роторе: не менее чем 12 пробирок  
Электропитание 220 В, 50/60 Гц  
Комплектация и аксессуары: Установка и пусконаладочные работы  
Обучение персонала на месте  
Руководство пользователя на армянском или английском, или русском языках  
Оборудование должно быть новым, неиспользованным  
В комплект входят все необходимые дополнительные устройства и

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  | аксессуары для полноценной работы оборудования Гарантия не менее чем 24 месяцев Сертификаты качества (наличие) 1) ИСО 13485 или эквивалент 2) CE Mark (Directive 93/42/EEC) или FDA или эквивалент |
|--|--|--|--|--|--|