

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Նանա Մեդ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2024/64/3 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
 ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
15	TABLE- TYPE LOW-SPEED CENTRIFUGE, /Benchtop Low Speed Centrifuge	Kaida,/Scitek	TD5G ,/CFG-5LEI	HUNAN KAIDA SCIENTIFIC INSTRUMENTS CO., LTD/Scitek Global CO., LTD	1) Ցենտրիֆուգ` արյան տարբեր բաղադրիչներն անալիզի համար առանձնացնելու համար: Գործառնական պահանջներ. Կոմպակտ կոնստրուկցիա` առանց վիբրացիայի աշխատելու համար Սեղանին դրվող տարբերակ Փորձանոթի տարողություն. 12x15 մլ («Վակուտայներ» փորձանոթներ) Կառավարման վահանակ -մեկնարկի / դադարեցման անջատիչի, դինամիկ արգելակների, արագության աստիճանական կարգավորիչ ժամանակի չափիչով, գրոյական մեկնարկի անջատիչով և

արագության ցուցիչ՝  
Ժամանակաչափով Դռան  
արգելափակում Սպասարկում -  
անխոզանակ շարժիչ՝ ճշգրիտ  
արագության նախնական  
ընտրությամբ և ցուցադրմամբ  
Արագության տիրույթ. 0-ից 5000 պտ  
/ թուփ տիրույթում Ժամանակի  
կարգավորումը՝ 0-ից 99 թուփի  
միջակայքում Համակարգի  
կազմաձևման պարագաներ,  
պահեստամասեր և ծախսվող  
նյութեր Ցենտրիֆուգը հագեցած  
կլինի ֆիքսված անկյան ռոտորով:  
Փորձանոթների դիրքերի քանակն  
անկյունային ռոտորում՝ 12  
փորձանոթ Էլեկտրոսնուցում՝ 220 Վ,  
50/60 Հց: Լրակազմ և պարագաներ  
Տեղադրում և մեկնարկ  
Աշխատակազմի ուսուցում տեղում  
Օգտագործման ձեռնարկ՝ անգլերեն  
Սարքավորումը կլինի նոր,  
չօգտագործված Լրակազմը  
ներառում է բոլոր անհրաժեշտ  
լրացուցիչ սարքերը և  
պարագաները, որոնք անհրաժեշտ  
են լիարժեք գործունեության համար  
Երաշխիքը՝ 24 ամիս Որակի  
վկայականներ (առկայություն) 1)

					ISO13485 2) CE Mark (Directive 93/42/EEC) 2)
--	--	--	--	--	---



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

НАНА МЕД ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԼ ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/64/3 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
15	TABLE- TYPE LOW-SPEED CENTRIFUGE, /Benchtop Low Speed Centrifuge	Kaida,/Scitek	TD5G ,CFG-5LEI	HUNAN KAIDA SCIENTIFIC INSTRUMENTS CO., LTD./Scitek Global CO., LTD.	Настольная центрифуга Центрифуги необходимы в лаборатории для разделения различных компонентов крови для анализа. Эксплуатационные требования: Компактная конструкция для работы без вибрации Настольная версия Емкость пробирки. не менее чем в диапазоне 5-15 мл (пробирки «Вакутайнер») Панель управления (не менее) - для переключателя запуска/остановки, динамических тормозов, бесступенчатого регулятора скорости с

переключателем нулевого пуска и индикатора скорости с таймером.  
Дверной замок Не требующий технического обслуживания  
бесщеточный приводной двигатель с точным предварительным выбором скорости и дисплеем.  
Диапазон оборотов: не менее чем в диапазоне от 200 до 5000 об/мин  
Регулирование времени не менее чем в диапазоне от 1 до 60 минут  
Аксессуары для настройки системы, запасные части и расходные материалы  
Центрифуга должна быть оснащена ротором с фиксированным углом наклона.  
Количество положений пробирок в угловом роторе: не менее чем 12 пробирок  
Электропитание 220 В, 50/60 Гц  
Комплектация и аксессуары: Установка и пусконаладочные работы  
Обучение персонала на месте  
Руководство пользователя на армянском или английском, или русском языках  
Оборудование должно быть новым, неиспользованным  
В комплект входят все необходимые дополнительные устройства и

					аксессуары для полноценной работы оборудования Гарантия не менее чем 24 месяцев Сертификаты качества (наличие) 1) ИСО 13485 или эквивалент 2) CE Mark (Directive 93/42/EEC) или FDA или эквивалент
--	--	--	--	--	--