ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Նատալի ֆարմ-ն ՁՄՄԱԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-51/24 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Բի Բրաուն	Դիալոգ	Դիալոգ	Բի Բրաուն	Դիալիզատի ճնշման տիրույթները +400 մմ.սնդ.ս -ից մինչև - 450 մմ.սնդ.ս Չափման թույլատրելի սխալը + / - 10 մմ.սնդ.ս Ձայնային ազդանշանի ապաակտիվացում Այո, ազդանշանի ապաակտիվացման կոճակով Արյան արտահոսքի ցուցիչ Կարմիր գույնի հանդեպ զգայուն Չափման թույլատրելի սխալը 10 % Ահազանգի սահմանները > 0,35 մլ/ր արյուն HCT 25 % (AAMI) Ձայնային ազդանշանի ապաակտիվացում Այո, ազդանշանի ապաակտիվացման կոճակով Ուլտրաֆիլտրացիա 1.Ծավալը ղեկավարվում է

					բալանսավորման խցիկի կողմից ուլտրաֆիլտրացիոն պոմպի միջոցով 2.Միային ուլտրաֆիլտրացիա (Bergstrom) Աշխատանքային սահմանները 0-3,000 մլ/ժ Ճշտությունը + / - 0,2 մլ/խցիկի ցիկլ Պաշտպանական համակարգ Առաջադրվածից 200 մլ ավելիի կամ առաջադրված հաճախ.-ից 10 % -ով գերազանցելու դեպքում Ձայնային ազդանշանի ապաակտիվացում Այո, ազդանշանի ապաակտիվացման կոճակով Ջերմաստիճանի կարգավորման տիրույթները 33 - 40 ° C Դիալիզատորում ջերմաստիճանի թույլատրելի շեղումները + 0,5 ° C ից - 1,5 ° C Սահմանները + / - 1 ° C (առաջադրված արժեքի նկատմամբ) Մաքսիմալ ջերմաստ. պաշտպանություն 41 ° C Պաշտպանական համակարգ Ջերմաստճանային տվիչ Ձայնային ազդանշանի ապաակտիվացում Այո, ազդանշանի ապաակտիվացման կոճակով Հաղորդականություն Ղեկավարվող հաղորդականություն Աշխատանքային սահմանները Բիկարբոնատի հաղ. 2 - 4 մՍ/սմ, 4 -

					7 մՍ/սմ Ընդհանուր հաղ. 12,5 - 16,0 մՍ/սմ Թույլատրելի շեղումները + / - 0,2 մՍ/սմ Չափումը Ջերմաստիճանից կախված (հիմնականում 25 ° C) Պաշտպանական համակարգ Հետևվում է երկրորդ Հաղորդականություն տվիչի կողմից, այլ ալգորիթմի միջոցով Սահմանները + / - 4% (առաջադրված արժեքի նկատմամբ) Ձայնային ազդանշանի ապաակտիվացում Այո, ազդանշանի ապաակտիվացման կոճակով Դիալիզատի Հոսք (DF) 300-800 մլ/ր DF Թույլատրելի շեղումները + / - 5 %, 300 - 800 մլ/ր դեպքում Տրանսմեմբրանային ճնշում (TMP) Սահմանները (մաքս. TMP) 300 - 700 մմ.սնդ.ս Ահազանգի բացարձակ սահմանները - 100 մմ.սնդ.ս Սահմանների պատուհան կարգավորելի (2 %-99 %) Թույլատրելի շեղումները Հաշվվում է PDA և PV միջոցով Ապարատի դեգազացիա Դեգազացիոն պոմպի ստեղծած բացասական ճնժման միջոցով Թույլատրելի շեղումները + / - 50 մմ.սնդ.ս Արյան Պոմպ 2

					լիսեռանի պոմպ, ավտոմատ կանգնման համակարգով. 1.Երբ դուռը բացվում է, 2.Փոքր հեմոլիզ. 8/12 մմ կամ 7/10 մմ ռետինե խողովակի համար Պոմպի հաճախությունը 50 - 600 մլ/ր (8/12մմ) 50 - 400 մլ/ր (7/10 մմ) կարգավորելի է 10 մլ քայլով Աշխատանքային ճնշման սահմանները Մտնող ճնշումը մինչև - 390 մմ.սնդ.ս Ելնող ճնշումը 0 - 1725 մմ.սնդ.ս Հեպարինի պոմպ Ներարկիչի պոմպ 10 - 30մլ ներարկիչների համար Պոմպի հաճախությունը 0.1 - 10մլ/ժ կամ 0.1 մլ/ժ, կարող է անջատվել, բոլյուս: 600 մլ/ժ Թույլատրելի շեղումները + / - 10% Ճնշման սահմանները 0 t ° + 480mmHg Օդի Դետեկտոր SAD SAD Հիմնված է ուլտրաձայնի վրա Զգայնությունը Օդի փուչիկներ սկսած > 50մկրլ, Սահմանները Երկասեղանի ռեժիմի համար: 0.2մլ սկսած 0-200մլ/ր SAD-ի հոսք 0.3մլ սկսած 200 - 400մլ/ր SAD հոսք 0.5մլ սկսած > 400մլ/ր SAD հոսք Սահմանները մեկասեղանի ռեժիմի համար: 0.7 մլ սկսած 1200մլ/ր հաստատուն SAD հոսք

					Պաշտպանական համակարգ Ուլտրաձայնային դետեկտոր, ավտոմատ ցիկլիկ ստուգումներ թերապիայի ընթացքում Արյան Տվիչ SAD Տվիչի բնիկում է տեղադրված Ֆունկցիա Խողովակային համակարգում արյան հայտնաբերում

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՄՄԱԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-51/24 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					