

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«Պրիմա Լար» ՍՊԸ -ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/69/1 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|--------------------|-----------------------|---------------------|---------|------------------------|---|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 5 | --- | --- | --- | --- | Բժշկական սառցարան -40°C Սառցարան բժշկական Նպատակներով Սառցարանը պետք է ունենա 2 առանձին կառավարման խցիկ, որոնցից յուրաքանչյուրն ունի իր սեփական դուռը Պետք է ունենա արտաքին կողպեք Ոչ պակաս քան 10 պահատուկների առկայություն Բարձր ճշգրտության միկրոպրոցեսորային ջերմաստիճանի կառավարման համակարգ թվային ջերմաստիճանի Էկրանով՝ ոչ ավելի քան 0,1 °C ճշգրտությամբ Ջերմաստիճանի կարգավորման միջակայքը ոչ |

պակաս քան $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ ~ $-40\text{ }^{\circ}\text{C}$ Թվային
Էկրանը ցույց է տալիս սառցարանի
աշխատանքի վիճակը և տազնապի
կողը, հեշտ է իմանալ սառցարանի
կարգավիճակը Անվտանգ
պահպանման համար լսելի և
տեսանելի ահազանգման
համակարգ Ոչ պակաս քան բարձր
ջերմաստիճանի ազդանշան, ցածր
ջերմաստիճանի ազդանշան,
լարման սխալի ազդանշան,
կոմպրեսորի փափուկ մեկնարկի /
դադարեցման գործառույթի
ազդանշան Սառեցման,
ցուցադրման և պահարանի
ջերմաստիճանի սենսորների
առկայություն Ծավալը ոչ պակաս
քան 470 լիտր Լրակազմ և
պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ
Աշխատակազմի ուսուցում տեղում
Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն
կամ անգլերեն կամ ռուսերեն
Սարքավորումը պետք է լինի նոր,
չօգտագործված Լրակազմը պետք է
ներառի բոլոր անհրաժեշտ
լրացուցիչ սարքերը և
պարագաները, որոնք անհրաժեշտ
են լիարժեք գործունեության համար
Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | Որակի վկայականներ 1. ISO13485 կամ համարժեք 2. CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA կամ համարժեք |
|--|--|--|--|--|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

«Պրիմա Լաբ» ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2024/69/1 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|--|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 5 | --- | --- | --- | --- | Բժշկական սառցարան -40°C Սառցարան բժշկական նպատակներով Սառցարանը պետք է ունենա 2 առանձին կառավարման խցիկ, որոնցից յուրաքանչյուրն ունի իր սեփական դուռը Պետք է ունենա արտաքին կողպեք Ոչ պակաս քան 10 պահատուկերի առկայություն Բարձր ճշգրտության միկրոպրոցեսորային ջերմաստիճանի կառավարման համակարգ թվային ջերմաստիճանի էկրանով՝ ոչ ավելի քան 0,1 °C ճշգրտությամբ Ջերմաստիճանի կարգավորման միջակայքը ոչ |

պակաս քան $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ ~ $-40\text{ }^{\circ}\text{C}$ Թվային
Էկրանը ցույց է տալիս սառցարանի
աշխատանքի վիճակը և տազնապի
կողը, հեշտ է իմանալ սառցարանի
կարգավիճակը Անվտանգ
պահպանման համար լսելի և
տեսանելի ահազանգման
համակարգ Ոչ պակաս քան բարձր
ջերմաստիճանի ազդանշան, ցածր
ջերմաստիճանի ազդանշան,
լարման սխալի ազդանշան,
կոմպրեսորի փափուկ մեկնարկի /
դադարեցման գործառույթի
ազդանշան Սառեցման,
ցուցադրման և պահարանի
ջերմաստիճանի սենսորների
առկայություն Ծավալը ոչ պակաս
քան 470 լիտր Լրակազմ և
պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ
Աշխատակազմի ուսուցում տեղում
Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն
կամ անգլերեն կամ ռուսերեն
Սարքավորումը պետք է լինի նոր,
չօգտագործված Լրակազմը պետք է
ներառի բոլոր անհրաժեշտ
լրացուցիչ սարքերը և
պարագաները, որոնք անհրաժեշտ
են լիարժեք գործունեության համար
Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | Որակի վկայականներ 1. ISO13485 կամ համարժեք 2. CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA կամ համարժեք |
|--|--|--|--|--|