

# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

## առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«Պրիմա Լար» ՍՊԸ -ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/69/1 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
6	---	---	---	---	Բժշկական սառցարան -40°C Սառցարան բժշկական Նպատակներով Սառցարանը պետք է ունենալ կառավարման խցիկ իր սեփական դռնով Պետք է ունենա արտաքին կողպեք Ոչ պակաս քան 3 պահատուկների առկայություն Բարձր ճշգրտության միկրոպրոցեսորային ջերմաստիճանի կառավարման համակարգ թվային ջերմաստիճանի Էկրանով՝ ոչ ավելի քան 0,1 °C ճշգրտությամբ Ջերմաստիճանի կարգավորման միջակայքը ոչ պակաս քան -20 °C ~ -40 °C Թվային

Եկրանը ցույց է տալիս սառցարանի աշխատանքի վիճակը և տազևապի կողը, հեշտ է իմանալ սառցարանի կարգավիճակը Անվտանգ պահպանման համար լսելի և տեսանելի ահազանգման համակարգ Ոչ պակաս քան բարձր ջերմաստիճանի ազդանշան, ցածր ջերմաստիճանի ազդանշան, լարման սխալի ազդանշան, կոմպրեսորի փափուկ մեկնարկի / դադարեցման գործառույթի ազդանշան Սառեցման, ցուցադրման և պահարանի ջերմաստիճանի սենսորների առկայություն Ծավալը ոչ պակաս քան 100 լիտր Լրակազմ և պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված Լրակազմը պետք է ներառի բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս Որակի վկայականներ 1. ISO13485

				կամ համարժեք 2. CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA կամ համարժեք
--	--	--	--	--



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

«Պրիմա Լաբ» ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/69/1 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
6	---	---	---	---	Բժշկական սառցարան -40°C Սառցարան բժշկական նպատակներով Սառցարանը պետք է ունենա1 կառավարման խցիկ իր սեփական դռնով Պետք է ունենա արտաքին կողպեք Ոչ պակաս քան 3 պահատուների առկայություն Բարձր ճշգրտության միկրոպրոցեսորային ջերմաստիճանի կառավարման համակարգ թվային ջերմաստիճանի Էկրանով` ոչ ավելի քան 0,1 °C ճշգրտությամբ Ջերմաստիճանի կարգավորման միջակայքը ոչ պակաս քան -20 °C ~ -40 °C Թվային

Եկրանը ցույց է տալիս սառցարանի աշխատանքի վիճակը և տազևապի կողը, հեշտ է իմանալ սառցարանի կարգավիճակը Անվտանգ պահպանման համար լսելի և տեսանելի ահազանգման համակարգ Ոչ պակաս քան բարձր ջերմաստիճանի ազդանշան, ցածր ջերմաստիճանի ազդանշան, լարման սխալի ազդանշան, կոմպրեսորի փափուկ մեկնարկի / դադարեցման գործառույթի ազդանշան Սառեցման, ցուցադրման և պահարանի ջերմաստիճանի սենսորների առկայություն Ծավալը ոչ պակաս քան 100 լիտր Լրակազմ և պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված Լրակազմը պետք է ներառի բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս Որակի վկայականներ 1. ISO13485

				կամ համարժեք 2. CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA կամ համարժեք
--	--	--	--	--