

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Իվաֆարմ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/69/1 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                       |                       |                        |   |
|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը   | մակնիշը               | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը   |
| 10                 | Դոնորական<br>բազկաթոռ | Դոնորական<br>բազկաթոռ | Դոնորական<br>բազկաթոռ | Դոնորական<br>բազկաթոռ  | "Արյան դոնորական բազկաթոռ<br>Դոնորական բազկաթոռ<br>Նախատեսված դոնորական<br>պրոցեդուրաների և այլ երկարատև<br>բժշկական միջամտությունների<br>համար Հեշտ օգտագործման և<br>պահպանման համար<br>Տրենդելենբուրգի դիրքը՝ ոչ պակաս<br>քան 0-12 ° միջակայքում Աթոռի<br>շրջանակը պետք է պատրաստված<br>լինի առաջնակարգ դասի<br>փոշեներկված պողպատից,<br>արտաքին տեսքը՝ պատրաստված<br>ամուր մանրաթելային նյութից և<br>բազմաշերտ ներկից, ծածկված |

արհեստական կաշվով Պետք է ունենա կարգավորվող երկկողմանի բազկահենակներ. Առաջ / դեպի / կողմերի ուղղությունների կարգավորում Պետք է ունենա ոտնահենակ, կարգավորվող գլխի բարձ Պետք է ունենան ոչ պակաս, քան 4x10սմ տրամաչափի անիվներ՝ անհատական փականային համակարգով Բեռնման հզորությունը՝ ոչ պակաս քան 240 կգ Պետք է հագեցած լինի նվազագույնը 3 շարժիչով՝ բարձրության, մեջքի, ոտքի հանգստի և թրենդելենբուրգի կարգաբերման համար Բարձրությունը կարգավորվում է ոչ պակաս քան 580-780 մմ միջակայքում Չափերը. Ոչ պակաս, քան Նստատեղի հատվածի լայնությունը՝ 600 մմ, ընդհանուր լայնությունը՝ 900 մմ, ընդհանուր երկարությունը՝ 1900 մմ Լրակազմ և պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված Լրակազմը պետք է

|  |  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  |  | <p>Ներառի բոլոր անհրաժեշտ<br/>լրացուցիչ սարքերը և<br/>պարագաները, որոնք անհրաժեշտ<br/>են լիարժեք գործունեության համար<br/>Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս<br/>Որակի վկայականներ 1. ISO13485<br/>կամ համարժեք 2. CE Mark (Directive<br/>93/42/EEC) կամ FDA կամ<br/>համարժեք"</p> |
|--|--|--|--|--|---|



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Ивафарм ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 22 ЦЛ ЕЦХЦПР-2024/69/1 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |               |       |                            |                            |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|----------------------------|
|            | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 10         |                        |               |       |                            |                            |