

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՄԵԴԹՐԵՅԴ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/69 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Բազմաֆունկցիոն ալ (մուլտիպլեքս) անալիզատոր գենետիկ հետազո տությունների համար	Բազմաֆունկցիոն ալ (մուլտիպլեքս) անալիզատոր գենետիկ հետազո տությունների համար	Բազմաֆունկցիոն ալ (մուլտիպլեքս) անալիզատոր գենետիկ հետազո տությունների համար	Բազմաֆունկցիոն ալ (մուլտիպլեքս) անալիզատոր գենետիկ հետազո տությունների համար	Բազմաֆունկցիոնալ (մուլտիպլեքս) անալիզատոր գենետիկ հետազոտությունների համար Անալիզատոր՝ հիմնված լազերային հիմքով հոսքային ցիտոմետրիայի սկզբունքների վրա: Համակարգը պետք է տա արագ և ծախսարդյունավետ կենսավերլուծության արդյունքներ բազմաթիվ ձևաչափերով: Անալիզատորով նախատեսվում է իրականացնել. 1. HLA տիպավորում բարձր լուծումով 2. Լեյկոցիտար (HLA) հակամարմինների հետազոտություն (դոնոր-

նեցիպիենտ «Cross-matching»
նեակցիա) 3. Դոնոր սպեցիֆիկ
հակամարմինների որոշում
փոխապատվաստումից հետո 4. HLA
խիմերիզմի որոշում
փոխապատվաստումից հետո 5.
Թրոմբոցիտար հակածինների
որոշում 6. Հակաթրոմբոցիտար
հակամարմինների որոշում
Պլատֆորմը պետք է օգտագործի
ինչպես մազնիսական, այնպես էլ ոչ
մազնիսական միկրոսֆերաներ և
պետք է կարողանա միաժամանակ
չափել ոչ պակաս, քան 500 գեն կամ
սպիտակուլց փոքր նմուշի ծավալից
Արագ ընթերցման ժամանակ, և՛ 96,
և՛ 384 ակոսների միաժամանակյա
համատեղելիություն,
ավտոմատացման համակարգերի
հետ ոյուրին ինտեգրվելու
հնարավորություն Բազմապատկում՝
ոչ պակաս, քան 500 բիոմարկեր մեկ
նմուշի ծավալի համար
Չգայունություն՝ ոչ պակաս, քան
200-1000 միջակայքում ֆլյուրոքրոմ
համապատասխան միկրոսֆերայի
համար Չգայունությունը՝ ոչ պակաս,
քան 0.06-1 րց/ml միջակայքում
Դինամիկ միջակայք (Տիպիկ)՝ ոչ

պակաս, քան 4,5 logs Ընթերցման
ժամանակը՝ 96 նմուշ ոչ ավելի, քան
20 րոպեում, 384 նմուշ ոչ ավելի,
քան 75 րոպեում Օպտիկական
հնարավորություններ՝ ոչ պակաս,
քան լազերային, APDs և PMTs
Նմուշառման ծավալը՝ ոչ պակաս,
քան 6.5-80 մկլ միջակայքում
Համակարգը պետք է ներառի (ոչ
պակաս, քան). Շտրիխ կոդի սկաներ
Ձեռնուցման բլոկ (96 ակոսների
համար) (Heater Block (96-well
plate)) Ձեռնուցման բլոկ (384
ակոսների համար) (384-well plate)
Պետք է տրամադրվի
նոթբուք/սեղանի համակրգիչ՝
հիմնական սարքավորման
ծրագրային ապահովմամբ,
համապատասխան կազմաձևով և
պարագաներով, հիմնական
սարքավորման հետ միանալու
մալուխով (մալուխներով)
Կալիբրատորների հավաքածու
Կատարողականության ստուգման
հավաքածու Հոսքերի
կոնցենտրացիայի հավաքածու
Լրակազմը պետք է ներառի
օպերացիոն և մոնտաժային
համակարգերը, ինչպես նաև

				<p>տեղադրման և լիարժեք աշխատանքի համար անհրաժեշտ բոլոր պարագաները և նյութերը</p> <p>Ծրագրային ապահովման լիցենզիան պետք է լինի անսահմանափակ և ներառի բոլոր թարմացումները՝ առանց որևէ լրացուցիչ վճարի Տեղադրում Անձնակազմի ուսուցում</p> <p>Գործարկման և սկզբնական աշխատանքի համար անհրաժեշտ բոլոր ծախսանյութերը և պարագաները Մատակարարը պետք է ներկայացնի արտադրողի լիազորագիր՝ վերջնական օգտագործողի և մրցույթի համարի նշումով Սնուցման աղբյուր՝ 220V, 50/60 Hz. Երաշխիքային ժամկետ՝ ոչ պակաս, քան 24 ամիս Ռրակի սերտիֆիկատների առկայությամբ։ 1. ISO13485 կամ համարժեք 2. CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA կամ համարժեք:</p>
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

МЕДТРЕЙД ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԼ ԲԱԶԱՊՁԲ-2024/69 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					