

# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

## առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՄԵԴԹՐԵՅԴ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/69 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	Ցենտրիֆուգ	Ցենտրիֆուգ	Ցենտրիֆուգ	Ցենտրիֆուգ	Հատակի ցենտրիֆուգ՝ սառեցմամբ, դոնորների արյան բաղադրիչների բաժանման համար Կառավարման վահանակը՝ միկրոպրոցեսորային կառավարում, թվային էկրան, փայլաթիթեղի կոճակներ հեղուկներից և փոշուց պաշտպանվելու համար, պտտվող կառավարման կոճակ՝ պարամետրերը սահմանելու համար: Առավելագույն տարողականությունը՝ ոչ պակաս, քան 12x500մլ արյան պարկեր: Նվազագույն պտույտների քանակը ոչ ավել քան 50 պ/ր: Առավելագույն

պտույտների քանակը ոչ պակաս, քան 6000 պ/ր, քայլը ոչ ավել քան 10 պ/ր: Առավելագույն կենտրոնախույս ուժը ոչ պակաս, քան 6500 g, քայլը ոչ ավել քան 1 g: Ներկառուցված սառեցման և տաքացման համակարգի առկայություն: Կարգավորվող ջերմաստիճանի միջակայքը առնվազն -20-ից մինչև +40 °C: Կարգավորվող ջերմաստիճանի քայլը ոչ ավել քան 1 °C: Ռոտորների ավտոմատ ճանաչման համակարգ: Նախնական հովացման գործառույթի առկայություն: Ժամանակի կարգավորումների տիրույթը առնվազն 1 վրկ – 999 ր տիրույթում: Սահմանված RPM արժեքին հասնելուց հետո իներցիոն կանգառի գործառույթի առկայություն, առանց արգելակման: Ծրագրավորվող հիշողությունների քանակը ոչ պակաս, քան 10: Ցենտրիֆուգացման ծրագրերի համակցությունների հնարավորություն մի քանի ծրագրային շղթաների միջոցով: Կափարիչի կողպման հնարավորության առկայություն:

Փաստացի պարամետրերի փոխելու հնարավորություն աշխատանքի ժամանակ: Կենտրոնախույս բաժանմունքի նյութը չժանգոտվող պողպատ: Անհավասարակշռության ավտոմատ հայտնաբերում: 2 տեղանոց դուլլերի տեղադրման հնարավորություն, առնվազն 4 տեղ: Աղմուկի մակարդակը ոչ ավել քան 62Դբ: Էլեկտրամատակարարումը 380-400Վ 50 Հց ցանցից: Աշխատանքային մեթոդը՝ առանց ջրի օգտագործման: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված: Լրակազմում պետք է լինեն բոլոր անհրաժեշտ մալուխները և պարագաները լիարժեք աշխատանքի համար, այդ թվում հոսանքի տատանումներից և գերլարումից պաշտպանող սարք: Սարքի հետ պետք է տրամադրվի առնվազն 2 տարբեր ռոտորներ՝  $\geq 12*500$ մլ և  $\geq 6*1000$ մլ: Երաշխիքը առնվազն 18 ամիս: Սարքի տեղադրումը, գործարկումը և ուսուցումը պետք է իրականացվի մատակարարի կողմից: Որակի վկայականների առկայություն՝ առնվազն 1. ISO 13485 կամ

				համաժողով, 2. ISO14001 կամ համաժողով, 3. CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA կամ համաժողով:
--	--	--	--	---

## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

МЕДТРЕЙД ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԼ ԲԱԶԱՊՁԲ-2024/69 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
3					